



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 91.

Датум: 19.01.2015.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
476 К /2014**

Партија бр.1: Операциони сто

Питање бр.1: „Ред.бр.1: Покретање на електромотор-три електромотора“
Да ли је прихватљиво понудити са једним електромотором?

ОДГОВОР: - Да, прихватљиво је.

Питање бр.2: „Ред.бр.2: Аутоматска ножна контрола сва три мотора“
Да ли је прихватљиво понудити ручну контролу једног мотора?

ОДГОВОР: - Није прихватљиво. Обавезна је ножна контрола електромотора.

Питање бр.3: „Ред.бр.3: Транделенбург позиција“
Да ли је прихватљиво понудити брз трнделенбург позиције?

ОДГОВОР: - Обавезно је да ОП сто има транделенбург позицију.

Питање бр.4: „Ред.бр.6: Подизање по висини до 110 cm.“
Да ли је прихватљиво понудити до 91 cm?

ОДГОВОР: - Прихватљив је и сто са могућношћу подизања до 91 cm.

Питање бр.5: „Ред.бр.7: Укупна дужина столице од 192 до 200 cm.“
Да ли је прихватљиво понудити дужину до 182 cm?

ОДГОВОР: - Прихватљив је и сто дужине 182 cm.

Питање бр.6: „Ред.бр.8: Ширина 95 cm.“
Да ли је прихватљиво понудити ширину до 66 cm?

ОДГОВОР: - Није прихватљива ширина стола од 66 cm.

Питање бр.7: „Ред.бр.9: Максимална носивост 250 kg.“
Да ли је прихватљиво понудити максималну носивост до 170 kg?

ОДГОВОР: - Да. Прихватљиво је.

Питање бр.8: „Ред.бр.10: Интегрисана клупица.“

Да ли је прихватљиво понудити без интегрисане клупице?

ОДГОВОР: - Не. Није прихватљиво.

Питање бр.9: „Ред.бр.11: Јастуче за главу.“

Да ли је прихватљиво понудити без јастучета за главу?

ОДГОВОР: - Не. Није прихватљиво.

Питање бр.10: „Ред.бр.12: Наставак за главу.“

Да ли је прихватљиво понудити без наставка за главу?

ОДГОВОР: - Не. Није прихватљиво.

Питање бр.11: „Ред.бр.13: Ослонац за руке тапациран.“

Да ли је прихватљиво понудити без ослонца за руке?

ОДГОВОР: - Не. Није прихватљиво.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ
