



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 879.

Датум: 17.07.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
179 К /2014**

Партија бр.5: ОПРЕМА ЗА ЈЕДИНИЦЕ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ

Питање бр.1: „ 5.1.1. Зашто је одређена тежина која одговара једино привилегованом произвођачу, кад је она небитна и незнатна у односу на тежину производа осталих произвођача и није битна за нормално коришћење аспиратора у пракси, једино као услов за дисквалификацију осталих понуђача?“

ОДГОВОР: - Тежина аспиратора је јако битан параметар пошто аспиратори морају бити преносног типа, због недостатка аспиратора у Клиничком центру Србије потреба за преношењем аспиратора је свакодневна и неопходно је да тежина аспиратора не буде преко 1.8 kg.

Питање бр.2: „5.1.4 Питање је исто само одређени произвођач и даље користи боце од 700 мл, јер су сви остали произвођачи прешли на боце од 1000 мл, јер су се показале као функционалније. Да ли прихватате боце од 1000 мл, са свим осталим техничким карактеристикама?“

ОДГОВОР: - Прихватљива је свака понуда која понуди боље карактеристике од захтеваних „Минималним карактеристикама“ из конкурсне документације. За наручиоца је прихватљиво уколико се понуди аспиратор са боцама запремине 1000 ml.

Питање бр.3: „5.1.7 Нама су познати канистери од 1000,2000,3000 мл, који користе кесе за једнократну употребу и у којима се налази гел за неутрализацију секрета.
1. Да ли се под кетрицом мисли на пластичне боце – канистере у које се ставља кеса за једнокрастну употребу са гелом?
2. Да ли мислите да је потребно испоручити 25 комплетних боца са кесама или 2 боце са 25 једнократних кеса по аспиратору?“

ОДГОВОР: - У тачкама 5.1.3 и 5.1.4 дефинисано је да аспиратор мора да поседује две полисуфлонске , аутоклавијабилне боце. Тачком 5.1.7 тражено је да се уз сваки аспиратор испоручи по 25 једнократних кетрица уз сваки аспиратор. Наричиоц је мислио на 25 једнократних кеса уз сваки аспиратор

Питање бр.4: „5.2.2

1. Зашто нису дати прецизније сви делови –елементи аспиратора за трајну дренажу са погоном на компримовани ваздух: ејектор, вакумски регулатор са воденим стубом, боца?
2. Зашто не може бити испоручена одговарајућа боца за секрет од 1000 мл?

ОДГОВОР: Под ставком 5.2 апарат за торакалну дренажу дефинисане су минималне техничке карактеристике које мора да испуњава понуђени апарат за торакалну дренажу, уколико нека од карактеристика није наведена у минималним техничким карактеристикама неће бити узета у разматрање приликом доношења одлука. Да би понуда понуђача била исправна неопходно је да понуђено добро испуни дефинисане минималне техничке карактеристике.

Прихватљива је свака понуда која понуди боље карактеристике од захтеваних „Минималним карактеристикама“ из конкурсне документације. За наручиоца је прихватљиво уколико се понуди аспиратор са боцама запремине 1000 ml.

Питање бр.5: „5.2.4. је исто као и питање 5.1.1.“

ОДГОВОР: - Под ставком 5.2 апарат за торакалну дренажу дефинисане су минималне техничке карактеристике које мора да испуњава понуђени апарат за торакалну дренажу, уколико нека од карактеристика није наведена у минималним техничким карактеристикама неће бити узета у разматрање приликом доношења одлука. Да би понуда понуђача била исправна неопходно је да понуђено добро испуни захтеване карактеристике у „Минималним карактеристикама“ из конкурсне документације.

Неопходно је да трајна дренажа (вакуумски регулатор са воденим стубом) не буде тежа од 1.1 кг пошто се качи на често оптереће и дотрајале медицинске шине.

Питање бр.6,5.2.11. је исто као и питање 5.1.7.“

ОДГОВОР: - У тачкама 5.2.3 и 5.2.4 дефинисано је да аспиратор мора да поседује две полисуфлонске , аутоклавијабилне боце. Тачком 5.2.11 тражено је да се уз сваки аспиратор испоручи по 25 једнократних кертрица уз сваки аспиратор. Прихватљиво је да се испоручи по 25 једнократних кеса уз сваки аспиратор.

Питање бр.7: „Тражи се да је протокомер тестиран на 80 bara што не постоји ни у једном нормативу за добијање дозволе за производњу и добијање одговарајућих сертификата. Зашто је потребан толики притисак, кад је радни притисак у целој инсталацији 5 бара, а у станици за припрему кисеоника обавезно стоје сигурносни вентили, који не дозвољавају да дође до неконтролисаног повећања притиска, већ од 5 бара?“

ОДГОВОР: - Нажалост инсталације медицинских гасова у Клиничком центру Србије су старе и дотрајале, а неретки су случајеви да у станицама уопште и нема сигурносних вентила.

Неопходно је да протокомери морају бити тестирани да могу да издрже притисак од 80 bara како безбедност пацијената и медицинског особља не би била доведена у питање.

Питање бр.8: „ 5.3.4. Да ли кућиште сета за терапију кисеоником може уместо алуминијума бити израђено од месинга и заштићено са свим европским нормативима и са поседовањем сертификата о квалитету и безбедности?“

ОДГОВОР: - За наручиоца је прихватљива понуда понуђача који понуди протокомер чије је кућиште израђено и од месинга.

Питање бр.9: „ 5.3.7. Шта се подразумева под капацитетом 220 ml? Да ли је то боца од 300 ml и да ли такву боцу прихватате?“

ОДГОВОР: - Прихватљиво је боца запремине од 300 ml.

Питање бр.10: „ПОСЕДОВАЊЕ СЕРТИФИКАТА ISO 9001 ЗА ПОНУЂАЧА. Да ли признајете CS сертификат ISO 9001 нашег оснивача и већинског власника фирме у Београду?“

ОДГОВОР: - У Прилогу 4 Конкурсне документације у Додатним условима, под бројем 8, јасно стоји: „Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ISO9001 за понуђача.“

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
