



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 930.

Датум: 24.07.2014.

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 253 К /2014

Партија бр.1: ЕЛЕКТРОХИРУРШКИ МОНО-БИПОЛАРНИ НОЖ

Питање бр.1: „Ставка 1.6: Могућност прикључка две повратне електроде истовремено, код екстремно гојазних пацијената, преко 200 кг, превенција могућих опекотина.“

Један од водећих светских произвођача електрохируршких јединица има на својим апаратима једну конекцију за неутралну электроду(повратну), и она гарантује 100% немогућност постојања опекотина (REM технологија), без обзира на масу пацијента, као и на њену оријентацију (постављање на пацијента). Да ли је довољна једна конекција, за једну неутралну электроду?

ОДГОВОР: - Довољна је једна конекција уз могућност употребе адаптера за две неутралне електроде.

Питање бр.2: „Ставка 2.1: Једнократне универзалне дводелне, за одрасле, електроде са „Polyhesivehidrogel –om“, и PVP (polyvinilpirolidnom) површине минимум цца.135 цм2 и дебљине минимум 0,5цм2 независно од смера постављања, дужина кабла 4,6 метара.“ Да ли је, као у предходној ставци неопходна површина од минимум 135цм2 и дебљине минимум 0,5цм2, као и дужине кабла од 4.6м, или је могуће понудити неутралну электроду од 85 цм2, исте дебљине и дужине кабла 4м или 5м, а за одрасле?

ОДГОВОР: - Наручилац остаје при захтеву из Минималних карактеристика конкурсне документације.

Питање бр.3: „Ставка 2.2: Једнократна монополарна оловка са троструким механизмом активације реза, коагулације и дисекције са хемостазом минимум 4,6 метара силиконским каблом, виšekратним ножићем који се окреће у оловци. Могућност подешавања снаге из стерилног оперативног поља.“

Да ли овај инструмент мора искључиво бити: са каблом минимум 4,5 м, и са могућности подешавања снаге из стерилног оперативног поља или је могуће понудити инструмент са каблом 4м и са трећим тастером за активацију промене комплетног мода реза, а то значи: снаге, ефекта и врсте реза?

ОДГОВОР: - Наручилац је на ово питање већ одговорио кроз Појашњења конкурсне документације за јавну набавку број 253К/201, број: 903 од 21.07.2014.год.

Питање бр.4: „Ставка 2.3: Кабел виšekратни, силиконски за биполарну пинцету са двопинским прикључком, аутоклавијабилан, за ручну/ножну активацију, 4-5 метара.“

Да ли овај кабел мора искључиво бити: са двопинским прикључком (јер ову конекцију одређује генератор, тј. прикључак-сокет на самом генератору)?

ОДГОВОР: - Наручилац остаје при захтеву из Минималних карактеристика конкурсне документације.

Питање бр.5: „Ставка 2.5: Биполарна папучица за ножну активацију.“

Да ли је искључиво неопходна биполарна папучица за ножну активацију, или је могуће понудити и „универзалну“ папучицу која служи за све активације, свих инструмената, на свим струјама, а при том има индентичан трећи тастер као из ставке 2.2?

ОДГОВОР: - Неопходна је биполарна папучица без додатних функција.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ