



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1163

Датум: 11.09.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
288 К /2014**

Питање бр.1:

Да ли је могуће халогенску лампу изоставити из техничке документације за „плафонски монтирано оловно стакло“ и одвојити је у посебну партију како би се обезбедила конкурентност и онемогућила дискриминација сходно основним начелима ЗЈН.

Одговор:

Наручилац је техничку спецификацију дефинисао наспрам својих потреба. Наручилац остаје при свом захтеву.

Питање бр. 2:

Да ли постоји могућност да се осим халогене лампе понуди и LED технологија операционе лампе која се води као најнапреднија технологија операционих лампе и због својих техничких карактеристика се радије користи у датим операционим условима.

Одговор:

Наручилац је техничку спецификацију дефинисао наспрам својих потреба. Наручилац остаје при свом захтеву.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
