



## КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 29.08.2014.

БРОЈ: 1105

### СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ ЗА ГАК

#### Број јавне набавке 293К/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

#### ПИТАЊА:

1. Партија 3.  
Поз. 4, 5, 6, 7, 8 карактеристике само једног произвођача – LEICA.  
С обзиром да тразене карактеристике немају никакву функционалну вредност у односу на предмет посматрања молимо да избришете ове позиције из техничке спецификације.
2. Партија 4.  
Није наведен квалитет објектива и видно поље што је свакако значајније од осталих тражених елемената техничке спецификације.  
Поз. 6 – да ли се под пратећим монитором подразумева контролна јединица предметне камере или монитор који је повезан са РС рачунаром, јер то у спецификацији није наведено.
3. Партија 5.  
Комплетно преписана спецификација произвођача чији је заступник Гален-Фокус што онемогућава друге понуђаче да траже овлашћење произвођача за учествовање на тендеру. Најљубазније Вас молимо да промените спецификацију или не тражите овлашћење произвођача за учествовање на тендеру.
4. Партија 6.  
Поз. 1. Да ли је потребно да у тело микроскопа буде уграђено и увећање 1,5x без померања објектива што омогућава знатно комфонији и квалитетнији рад  
Поз. 2. Комбинација оптике како је наведено није у складу са апликацијом за коју се микроскоп користи.  
Поз. 4. План апо "fluotar" објективи не постоје. Да ли је могуће понудити објективе увећања 4 или 5x (а не оба) а остале објективе као највише у класи коју произвођач има за свој пандам Hofman modulation contrasta.

#### ОДГОВОРИ:

1. За Партију 3:  
У вези функционалних карактеристика наведених на позицијама од 4. до закључно 8. појашњавамо:  
Позиција 4: Потребно је понудити сточић са једноставном/једнопотезном заменом микроскопске плочице, као што је наведено.  
Позиција 5: Потребно је понудити што прецизнији и финији систем фокусирања, као што је наведено  
Позиција 6: Остајемо при траженом захтеву; постоји више произвођача који испуњавају тражену карактеристику.  
Позиција 7: Остајемо при траженом захтеву; постоји више произвођача који испуњавају тражену карактеристику.  
Позиција 8: Остајемо при траженом захтеву; постоји више произвођача који испуњавају тражену карактеристику.

2. За Партију 4:  
Позиција 6: Потребно је понудити CCD камеру са одговарајућим излазом за повезивање са пратећим монитором, као што је наведено у опису.
3. За Партију 5:  
Остаје се при захтеву. Наведене су неопходне особине уређаја.  
Уговор закључен са произвођачем или овлашћење за учествовање у отвореном поступку издато од стране произвођача је услов предвиђен конкурсном документацијом.
4. За Партију 6:  
Позиција 1: Није неопходно, али се може понудити.  
Позиција 2: Остаје се при захтеву онаквом како је и наведено.  
Позиција 4: Траже се објективи највише класе. За рад у равни са ћелијама довољно је понудити објектив 4X или 5X, поред осталих који су наведени

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

---