



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1170

Датум: 12.09.2014. године

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
316 К /2014**

Питање бр.1:

Partija 5-Operacioni mikroskop za neurohirurgiju

- 1) Obzirom da se trazi visokokvalitetni operacioni mikroskop za neurohirurgiju, da li se podrazumeva da ovaj mikroskop ima automatsko balansiranje?
- 2) U specifikaciji mikroskopa je dat izvor hladnog svetla, ksenon lampa od 300W, sto je standard kod operacionih mikroskopa za neurohirurgiju. Da li se u ovom slucaju podrazumeva da je i rezervna lampa identicna radnoj, sto je zahtev savremenih mikroskopa?

Одговор:

- 1) Podrazumeva se da operacioni mikroskop za neurohirurgiju ima automatsko balansiranje.
- 2) Podrazumeva se da je i rezervna lampa identična radnoj, što je zahtev savremenih mikroskopa.

Питање бр.2:

Partija 6-Operacioni mikroskop za mikrohirurgiju

- 1) Obzirom da se trazi visokokvalitetni operacioni mikroskop za mikrohirurgiju, da li se podrazumeva da ovaj mikroskop ima automatsko balansiranje?
- 2) U specifikaciji mikroskopa je dat izvor hladnog svetla, ksenon lampa od 300W, sto je standard kod operacionih mikroskopa za mikrohirurgiju. Da li se u ovom slucaju podrazumeva da je i rezervna lampa identicna radnoj, sto je zahtev savremenih mikroskopa?

Одговор:

- 1) Smatramo da je potrebno da mikroskop ima automatsko balansiranje.
- 2) Smatramo da je potrebno da rezervna lampa bude identična radnoj lampi (ksenon lampa 300W)

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
