



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 03.10.2014.
БРОЈ: 1271

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМА ЗА КЛИНИКУ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ

Број јавне набавке 348K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и
интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. **„Партија 1. Фиброоптички бронхоскопА./ Техничке карактеристике по захтеву наручиоца**

Питање : Да ли је прихватљиво да пречник инсерционе тубе буде 6,2 мм?

На постављено питање да ли је прихватљиво да пречник инсерционе тубе буде 6.2 мм дали сте
Ваш одговор број 1201 дана 18.09.2014. године да није прихватљиво уз образложење „Не бисмо
се сложили да је разлика од 0.2мм пречника инсерционе тубе безначајна у практичном смислу,
поготово при узимању биопсија из дисајних путева сужених екстрамуралном компресијом или у
контроли крварења, посебно из горњих лобарних бронха“.

Подсетићемо Вас да сте у техничким карактеристикама дефинисали **Пречник дисталног краја 5.9 – 6.2мм** на основу чега смо навели у нашем образложењу на постављено питање, као нормалну
разлику између произвођача где је код једних различит пречник дисталног краја или врха
бронхоскопа од пречника уводне сонде, а код других је исти пречник дисталног краја и уводне
сонде.

Ако је дозвољено да пречник дисталног краја или врха бронхоскопа буде до 6.2мм онда је ван сваке
логике неприхватање пречника инсерционе тубе до 6.2мм, позивањем на дисајне путеве сужене
екстрамуралном компресијом или у контроли крварења. Дакле, уколико је врх инсерционе тубе која
се уводи у дисајне путеве дозвољеног пречника 6.2 мм, инсистирање на пречнику саме инсерционе
тубе до 6.0 мм је чист дискриминаторски захтев, који нема медицинског оправдања.

Предлажемо да извршите измену техничке карактеристике:

- Пречник инсерционе тубе 5.9 – 6.2 мм

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ