



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 936.

Датум: 25.07.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
179 К /2014**

Партија бр.2: РЕСПИРАТОРИ

Pitanje u vezi JN 179K/2014-med.oprema partija-2-respiratori

Na osnovu člana 63. stava 2. Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12) kao zainteresovano lice za učešće u otvorenom postupku JAVNE NABAVKE MEDICINSKE OPREME ZA ANESTEZIOLOGIJU JN br. 179K/2014 za potrebe Kliničkog Centra Srbije, molimo za dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude.

Partija 2 pomenute Javne nabavke (respiratori za int. negu) podeljena je u dva odeljka

koji se među sobom razlikuju u pogledu zahtevanih tehničkih karakteristika.

Prvi odeljak se odnosi na 4 respiratora, sasvim konvencionalnih tehničkih karakteristika koje mogu da ispune respiratori većeg broja proizvođača prisutnih na našem tržištu.

Drugi odeljak (dva respiratora) se u pogledu zahtevanih tehničkih karakteristika razlikuje od prvog karakteristikom iskazanom pod rednim brojem 2.2.15. „NEUROASISTIRANA VENTILACIJA” pri čemu se ima u vidu jedna od raspoloživih metoda podrške spontanom disanju koja je srazmerna disajnom naporu dijafragme, a ignorišu ekvivalentne metode koje obezbeđuju istu funkciju i ostvaruju isti efekat na dijafragmu.

Imajući u vidu da ovako formulisan zahtev može ispuniti samo jedan proizvođač (Maquet, opcija pod imenom NAVA), smatramo da je ovim narušeno načelo obezbeđivanja konkurencije iz Člana 10. Zakona o javnim nabavkama kao i Član 72. istog Zakona, propuštanjem da se omogući alternativa.

Skrećemo pažnju da istu funkciju (podrška spontanom disanju proporcionalna aktivnosti dijafragme u cilju očuvanja njene aktivnosti), samo ekvivalentnom, naučno verifikovanoj metodom, nudi namanje tri proizvođača u svojim respiratorima – Covidien (PAV+), Dräger (PPS) i Philips (PAV).

Ne sporeći pravo Naručioca da, shodno svojim stručnim i doktrinarnim shvatanjima, različito valorizuje vrednost pojedinih metoda podrške spontanom disanju, smatramo da u isto vreme nije opravdano zanemarivati načela i zahteve koji proizilaze iz odredbi važećeg Zakona o javnim nabavkama.

Stoga predlažemo da se, u cilju poštovanja načela konkurentnosti, omogući ponuđačima da ponude uređaje koji ekvivalentnom metodom postižu isti cilj, a da se u skladu sa Članom 85. Zakona o javnim nabavkama, kroz određivanje relativnog značaja (pondera) valorizuje svaka od pomenutih metoda, shodno stručnom gledištu Naručioca.

ОДГОВОР: Из Појашњења конкурсне документације за јавну набавку бр.179К/2014, број 890 од 18.07.2014. године, могао се видети одговор на постављено питање које је слично вашем. Наручилац има потребу да свих шест респиратора буде са неуроасистираном вентилацијом. Скроман буџет нам није дозволио да у овој јавној набавци дођемо до истих. Зато смо се одлучили да извршимо набавку четири респиратора без неуроасистиране вентилације и два респиратора са неуроасистираном вентилацијом. Надамо се да ћемо у ближој будућности бити у могућности да набавимо модуле за неуроасистирану вентилацију за четири респиратора која сад набављамо, а који су без

тог модула. До тада ће особље јединице интензивне неге бити принуђено да модул за неуросастирану вентилацију са једног од два респиратора који их имају, пребацује на неки од респиратора који се набављају без неуроасистираних вентилација, а на којима се „налазе“ пацијенти којима је неопходан респиратор са неуроасистираним вентилацијом. Све понуде које испуњавају ове карактеристике или су боље од њих за наручиоца ће бити прихватљиве.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
