



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 685.

Датум: 23.05.2014.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
71 КМ /2014**

Питање бр.1: "У конкурсној документацији на страни 8, наведено је да уз понуду сви понуђачи треба да доставе „Финансијску гаранцију за озбиљност понуде". Такође наведено је да Финансијска гаранција треба да буде издата у форми: банкарске гаранције, соло менице са припадајућим меничним овлашћењем и фотокопије картона депонованих потписа.

С обзиром да је у конкурсној документацији на страни 9, наведено да је понуђач обавезан да након донешене одлуке о потписивању уговора, односно у моменту потписивања уговора, достави наручиоцу финансијску гаранцију у виду менице са меничним овлашћењем, молим Вас да прецизирате шта је неопходно доставити као средство финансијског обезбеђења у тренутку достављања понуда?

У случају да је неопходно доставити банкарску гаранцију, да ли је прихватљиво уколико се достави банкарска гаранција од стране иностране банке која има рејтинг минимум Групе 1?"

ОДГОВОР: - Банка која издаје банкарску гаранцију мора бити регистрована у Републици Србији.

Питање бр.2: „У конкурсној документацији, на страни 6, наведени су обавезни услови које понудач треба да испуни за учешће у поступку јавне набавке.

Да ли је потребно доставити комплетну документацију према члану 75, став 1, тачке 1 до 4 Закона о јавним набавкама или је довољно доставити изјаву према Члану 77, став 3 на меморандуму понуђача, као и Прилог 5/1 садржан конкурсном документацијом, оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача?"

ОДГОВОР: - Довољно је доставити изјаву.

Питање бр.3: „У конкурсној документацији на страни 28, наведено је да се уз понуду обавезно мора доставити проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис.

Да ли ће бити прихватљиво да се као доказ техничких карактеристика, поред каталога доставе и карактеристике садржане у Instruction manual, Service manual, као и у Апликационим нотама произвођача? С обзиром да је језик понуде српски а да је у конкурсној документацији наведено да проспектни материјал може бити одштампан са сајта произвођача, да ли је прихватљиво да се претходно наведени докази доставе на енглеском језику или је неопходно преводити и оверити од стране судског тумача?"

ОДГОВОР: - Прихватљиво је да понуђач докаже захтеване карактеристике Каталогом, Instruction manual и Service manual-ом. Неће бити прихваћене само изјаве произвођача. Докази се могу доставити на енглеском језику.

Питање бр.4: „У конкурсној документацији захтевано је да се доставе лиценце овлашћених сервисера.

Да ли ће бити прихватљива понуда, уколико се доставе неоверене копије сертификата сервисера на енглеском језику?“

ОДГОВОР: - Да.

Питање бр.5: „У конкурсној документацији у делу Техничке карактеристике захтевано је да минимална запремина узорка буде 0,5µl?

Да ли ће бити прихватљива понуда уколико се понуди уређај бољих карактеристика од траженог, са минималном запремином узорка од 1 µ L? Запремина од 1 µ L је опште прихваћена за рад и није неопходно употребљавати мање запремине.“

ОДГОВОР: - Није нам познато који ће уређаји бити понуђени од стране произвођача, те не можемо знати шта се подразумева под бољим карактеристикама од тражених. Прихватљиве су понуде које испуњавају тражени опсег запремина узорка.

Питање бр.6: У конкурсној документацији у делу Техничке карактеристике захтевано је да опсег таласне дужине буде 190 – 840 nm.

Да ли ће бити прихватљива понуда за уређај са опсегом таласне дужине од 220 – 840 nm? Испод 220 nm се не врше никаква снимања.“

ОДГОВОР: - Тражен је опсег таласних дужина од 190-840 nm, пошто се на пример мерења пептида врше на таласној дужини од 205 nm, што је потребно у нашем раду.

Питање бр.7: „У конкурсној документацији у делу Техничке карактеристике захтевано је да опсег absorbance буде 0,04 – 300.

С обзиром на захтевану неубичајно високу вредност absorbance, молим Вас за измену конкурсне документације, уколико се поткрала грешка.“

ОДГОВОР: - Тражени опсег апсорбанце од 0.04-300 је 10 мм еквивалент, што је потребно с обзиром да је тражена могућност коришћења кивете за мерење концентрација узорака.

Питање бр.8: „У конкурсној документацији у делу Техничке карактеристике, захтевано је да уређај садржи кивету.

Да ли ће бити прихватљива понуда за уређај који не садржи кивету, јер за његово функционисање, према идејном решењу произвођача, није ни потребна?

Изузетно мале количине узорака се помоћу пипете ињектују директно на постоље уређаја, након чега се врши мерење, а потом аутоматско брисање прозора/носача за узорке. На тај начин је омогућена уштеда у времену при раду оператера, неутралисана могућа грешка корисника при мануелном брисању постоља за узорке, као и при ручном прању кивета.“

ОДГОВОР: - У конкурсној документацији је тражен уређај који има могућност мерења и уз коришћење кивете, пошто нам је потребна алтернативна могућност мерења концентрација узорака, ради сигурности у раду.

Питање бр.9: „У конкурсној документацији у делу техничке карактеристике захтевана је кивета 1 комад одређених карактеристика.

Да ли би била прихватљива понуда која би садржала кивету оптичког пута 5мм са запремином од 2ml карактеристика које су карактеристичне за сваког произвођача јер карактеристике које су наведеног типа висине кивете, димензије кивете за рад не би требали да су битни јер свака кивета има своју висину, и димензије и зависи од лежишта уређаја. Једино што би би требало бити битно је да ли је одговарајућа запремина а то зависи само и једино од ваших узорака. Пошто се углавном тежи ка употреби мање количине узорака (мања потрошња реагенаса, мања манипулација аналитичара) мишљења смо да би Вам кивета описаних карактеристика била одговарајућа.“

ОДГОВОР: - У зависности од тога који уређај буде изабран приликом јавне набавке, кивета која буде изабрана мора да одговара његовим карактеристикама, како би могла да се користи за мерења на изабраном уређају.

Питање бр.10: „У конкурсној документацији у делу Техничке карактеристике захтевано је да се уз уређај испоручи кит за потврду калибрације система, 2 ком.

Да ли ће бити прихватљива понуда уколико се понуди уређај који нема потребе за коришћењем китова, већ се целокупна контрола уређаја врши аутоматски путем софтвера? Сама контрола уређаја чак и валидација се врше аутоматски – софтверски, без употребе китова било које врсте.“

ОДГОВОР: - У зависности од карактеристика уређаја који буде изабран приликом јавне набавке биће, или неће бити потребна набавка одговарајућих китова за калибрацију.

Питање бр.11: „У конкурсној документацији захтевана је набавка медицинске опреме са јасно дефинисаним називом Nanodrop произвођача Thermo Scientific.

Молим Вас да имате у виду да се конструкцијска решења произвођача разликују и да направите измене конкурсне документације, како би било омогућено учествовање и других понуђача, а не искључиво горе наведеног. Променом конкурсне документације бисте били омогућили већу конкурентност цена као и квалитета уређаја.

ОДГОВОР: - Средства за набавку предметне набавке обезбеђена су кроз пројекат који финансира Министарство здравља РС. Како је Министарство здравља РС наменски определило средства за набавку ове опреме под називом „НАНОДРОПА“, то је и предмет ове јавне набавке тако назван, због слагања са документацијом Министарства здравља РС. У техничким карактеристикама Конкурсне документације под тачком 1.1, је прави опис опреме која је предмет ове јавне набавке: „UV-Vis спектрофотометар за квантификацију DNK, RNK и протеина са софтвером, нотебооком и неопходним потрошним материјалом за период рада до краја ове календарске године и I квартал 2015.године.“

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

Душан Давидовић, дипл.правник