



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 23.01.2014.год.

БРОЈ: 74

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ЛАБОРАТОРИЈА КЛИНИКЕ ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУ

Број јавне набавке 304К/2013

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и
сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. „Партије бр. 1 и 2 су идентичне. Да ли је у питању грешка или заиста тражите исти артикал у две партије?“
2. „Партија бр. 3: у спецификацији пише да је реч о наставцима, а у структури цена да су у питању петри шоље. Шта је тражени артикал у партији 3 и у којој количини?“

ОДГОВОРИ:

1. У партији бр.1 траже се **полистиренске** епрувете, а у партији бр.2 **полипропиленске** епрувете, тако да се не ради о истом производу.
2. У партији бр.3 у прилогу бр.1 на страни 2 конкурсне документације дошло је до техничке грешке која је исправљена. У свим осталим прилозима конкурсне документације је исправно написано, што значи да је тражено добро Петри шоље величине 35 x 10mm (cell culture dishes 35 x 10mm standard dishes, non pyrogenic, sterilised by gamma irradiation, crystal-grade polystyrene) у количини од 4000 ком.

С' поштовањем,

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

Душан Давидовић дипл.правник