



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 525

Датум: 03.04.2017.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Потрошни материјал за потребе неонатологије

Број јавне набавке 160К/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници

Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – **Потрошни материјал за потребе неонатологије**, број 160К/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 28.03.2017.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: У конкурсној документацији за све партије је дефинисан назив произвођача медицинске опреме за који се набавља потрошни материјал, осим за партију број 4, где је назив партије: „Потрошни материјал за neonatalni buble CPAP“. Molimo Vas da nam iz razloga pojašnjenja konkursne dokumentacije odgovorite na pitanje, od kojeg/kojih proizvođača je medicinska oprema za koju se nabavlja potrošni materijal u partiji broj 4.

Одговор број 1: Neonatalni buble CPAP за који је тражен потрошни материјал је фирме Fisher Paykel, који се користи до набавке новог апарата.

Питање број 2: У партији број 4 ставка 1: Komplet jednokratnih creva BC 161 ili “odgovarajuće”, u nazivu stavke ste naveli šifru medicinskog sredstva. Na tržištu Republike Srbije jedino medicinsko sredstvo šifre BC161 registrovano u Agenciji za lekove i medicinska sredstva je od proizvođača Fisher&Paykel Healthcare. Medicinsko sredstvo koje je pod tom šifrom registrovano ne podrazumeva samo komplet creva kako je definisano u partiji 4 stavka 1, nego podrazumeva kompletan sistem za nazalnu respiraciju koji sadrži: jednokratnu komoru ovlaživača, regulator pritiska, pacijent creva i CPAP generator sa prelivnom komorom. CPAP generator sa prelivnom komorom je od visokog značaja za sprovođenje efikasne i bezbedne terapije životno ugroženih neonatalnih pacijenata. Molimo vas da nam iz navedenog razloga pojasnite da li je za vas kao „odgovarajuće“potrebno ponuditi isključivo dobro koje u svom sastavu sadrži i CPAP generator sa prelivnom komorom?

Одговор број 2: Nije neophodno da komplet sadrži prelivnu komoru, ako odgovara aparatu i omogućava njegov rad.

Питање број 3: Kompletan sistem za nazalnu respiraciju je kao medicinsko sredstvo registrovan u Agenciji za lekove i medicinska sredstva. Ako ponuđač kao „odgovarajuće“ ponudi delove (medicinska sredstva) za ovaj sistem od više različitih proizvođača, da li je u tom slučaju potrebno dostaviti rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva za svaki pojedinačni deo, odnosno medicinsko sredstvo?

Одговор број 3: Ukoliko ponuđač nudi kompletan sistem za nazalnu respiraciju dužan je da dostavi rešenje ALIMIS-a za sistem, a ako nudi, kao „odgovarajuće“ delove (medicinska sredstva) za ovaj sistem od više različitih proizvođača, dužan je da dostavi rešenje ALIMIS-a za svaki pojedinačni deo odnosno medicinsko sredstvo.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ