



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

---

Број: 308

Датум: 27.02.2017.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**  
**Хируршки инструменти и контејнери за стерилизацију**  
**Број јавне набавке 36К/2017**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници

Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – **Хируршки инструменти и контејнери за стерилизацију**, број 36К/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 02.02.2017.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

**Питање број 1:** У конкурсној документацији - Хируршки инструменти која се састоји од само једне партије техничка спецификација добара конципирана је на такав начин да омогућава само једном понуђачу да понуди све тражене позиције. Наиме позиције 6, 14 и 24 су патенти произвођача Ескулап што представља директно фаворизовање одређеног понуђача.

Техничка спецификација дефинисана на овакав начин представља директно кршење члана 10. Закона о јавним набавкама јер онемогућава учешће свих осталих понуђача.

С тога Вам скрећемо пажњу и молимо Вас да поступите у складу са чланом 12. Закона јавних набавки којим је прописано да је наручилац дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима у циљу обезбеђења конкуренције, односно да позиције добара поделите у засебне партије и тиме дозволите учешће у поменутој јавној набавци свим заинтересованим понуђачима.

Такође Вас молимо да дозволите минимална одступања у димензијама и параметрима тражених инструмената и тиме, како је предвиђено чланом 10. Закона јавних набавки омогућите што већу конкуренцију, што представља крајњи циљ јавне набавке.

**Одговор број 1:** Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације, будући да тражени хируршки инструменти чине јединствену целину, односно чине сет за операцију једњака, те их је немогуће раздвојити.

Наручилац је конкурсном документацијом, на страни број 29, прилога број 7 - ВРСТА, КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС ДОБАРА ПРЕМА ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА, у делу остали обавезни услови, тачка број 8 предвидео максимална одступања у димензијама хируршких инструмената:  $\pm 5\%$ .

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

---