



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:

Датум: 12.05.2016.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Хемикалије и остали потрошни материјал за генетске анализе

Број јавне набавке 187К/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници

Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Хемикалије и остали потрошни материјал за генетске анализе, број 187К/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 15.04.2016.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: Партија 14: Да ли је прихватљиво понудити пробу обележену на следећи начин: 5'BHQ1-3'FAM6, скала синтезе од 5-10nmol, пречишћења HPLC, дужина секвенце од 20-25 нуклеотида?

Одговор број 1: Прихвата се. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање број 2: Партија 17: Да ли је прихватљиво понудити укупно 6000U за ензим SacI, обзиром на то да су паковањатраженог ензима од 1200U и 5x1200U (6000U).

Одговор број 2: Не прихвата се, неопходно је да збир појединачних паковања даје 5000 јединица. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање број 3: Партија 18: Да ли је прихватљиво понудити 3000U за ензим MnlI, обзиром на то да је највеће паковање траженог ензима од 1500U.

Одговор број 3: Не прихвата се, неопходно је да збир појединачних паковања даје 2000 јединица. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање број 4: Партија 19: Да ли прихватљиво понудити 1000 реакција (µl) FastDigest FokI ензима?

Одговор број 4: Прихвата се.

Питање број 5: Партија 89: Да ли је прихватљиво понудити 200mg уместо 200U за ензим Rnase, DNase free?

Одговор број 5: Прихвата се. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање број 6: Партија 98: Да ли је прихватљиво понудити Marker молекулских тежина DNK за одређивање величине DNK фрагмената од 50 до 1000bp, ready-to-use, са 6x DNA Leading Dye за 100 апликација/пак?

Одговор број 6: Прихвата се. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање број 7: Партија 115: Да ли је прихватљиво понудити прајмере концентрације синтезе од 20nmol, пречишћења HPLC, лиофилизоване?

Одговор број 7: Прихвата се. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ