



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 2090

Датум: 22.12.2017.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Потрошни материјал за потребе лабораторија Клинике за хематологију
Број јавне набавке 512K/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници

Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Потрошни материјал за потребе лабораторија Клинике за хематологију, број 512K/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 14.12.2017.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање: Замолили бисмо вас да нам појасните, а везано је за партију 100, који је ϕ за тражени брзи филтер за филтрирање?

Одговор: ϕ односно пречник није битан, битна је запремина (не мања од 150ml) и пропустљивост пора на филтеру (0,22 μ m).

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
