



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:

Датум: 16.05.2016.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Хемикалије и остали потрошни материјал за генетске анализе

Број јавне набавке 187K/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници

Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Хемикалије и остали потрошни материјал за генетске анализе, број 187K/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 15.04.2016.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: Партија 1/ставка1: Молимо Комисију да уклони захтев за „Dream Taq“ из обавезних услова, јер је то бренд произвођача „Thermo Fisher“, те је једино могу понудити односно њихов дистрибутер, чиме се нарушава начело конкурентности Закона о јавним набавкама.

Одговор број 1: Наручилац остаје при наведеним карактеристикама за партију 1/1, с тим што ће извршити измену конкурсне документације где ће уз назив Dream Taq пуфер додати реч „или одговарајуће“.

Питање број 2: Партија 28: Молимо Комисију да уклони захтев за „Hot Start Taq“ и „Factor MP“ I „Q-Solution“ из обавезних услова, јер је то бренд –робна марка произвођача „Qiagen“, те је једино они могу понудити, односно њихов дистрибутер, чиме се нарушава начело конкурентности Закона о јавним набавкама.

Одговор број 2: Наручилац остаје при наведеним карактеристикама за партију 28, с тим што ће извршити измену конкурсне документације где ће уз називе Hot Star Taq, Factor MP i Q-Solution додати реч „или одговарајуће“.

Питање број 3: Партије 40,41,42,43,44: Молимо Комисију да уклони захтев за „Lo Retention Duak Filter“ из обавезних услова, јер је то бренд –робна марка произвођача Eppendorf , те је једино они могу понудити, односно њихов дистрибутер, чиме се нарушава начело конкурентности Закона о јавним набавкама.

Одговор број 3: Наручилац ће извршити измену назива „Lo Retention Dual Filter“ описом карактеристика тражених производа „ стерилни наставци који минимално задржавају течност након пипетирања“.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
