



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:

Датум: 18.05.2016.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Хемикалије и остали потрошни материјал за генетске анализе

Број јавне набавке 187К/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници

Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Хемикалије и остали потрошни материјал за генетске анализе, број 187К/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 15.04.2016.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: Партије 49,50,90,101,102,104,110-113 обухватају добра која не подлежу регистрацији код АЛИМС-а те с тим у вези да ли је прихватљива понуда без решења АЛИМС-а?

Одговор број 1: Понуда је прихватљива ако понуђач поседује доказ у виду мишљења Агенције за лекове и медицинска средства, да понуђена добра не подлежу регистрацији код АЛИМС-а.

Питање број 2: У партији 90 се тражи узорак јер је предмет набавке Multiwell Plate 96 за тачно одређени апарат, тј. Light Cycler 480. Да ли је могуће понудити Multiwell plate 96 за који је произвођач у спецификацији навео да је баш и само за тражени Light Cycler 480 без достављања узорака јер произвођач гарантује компатибилност?

Одговор број 2: Наручилац остаје при наведеним захтевима из конкурсне документације, у погледу обавезе достављања узорака за наведене партије.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
