КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 494.

Датум: 05.05.2014.

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 151 К /2014

Партија 14: ХОЛТЕР ПРИТИСКА

Питање бр.1: „У оквиру Прилога бр.4, став 8, конкурсне документације, страна 24: понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ISO 9001 за понуђача.
Као филијала, тј. ћерка компаније 100% у власништву произвођача који поседује све највише стандарде квалитета укључујући и тражени ISO 9001 молимо вас да нам одговорите да ли је неопходно да и филијала произвођача ексклузивно задужена за пружање комерцијално-техничке помоћи корисницима на територији Републике Србије буде локално сертификована или ћете прихватити компанијски сертификат ISO 9001?“

ОДГОВОР: - У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, Наручилац захтева поред обавезних и додатне услове за учешће у поступку ове јавне набавке. У тачки 8 се захтева: „Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију ISO 9001 за понуђача.“
Сваки понуђач који је регистрован као правно лице у Републици Србији, дужан је да достави све доказе захтеване у прилогу бр.4.

Партија 1: ДИГИТАЛНИ РТГ АПАРАТ ЗА РАДИОГРАФИЈУ

Партија 2: ДИЈАГНОСТИЧКА РАДНА СТАНИЦА

Питање бр.1: „Дана 23.04.2014. године објављен је позив за подношење понуда на Порталу УЈН, као и интернет страници КЦС заједно са припадајућом конкурсном документацијом. Позивом и Конкурсном документацијом одређен је рок од 22 дана за подношење понуда. Обзиром да се ради о комплексној набавци формираној у 25 партија, као и на то да Предходно обавештење није објављено од стране наручиоца, указујемо наручиоцу на повреду чланова 94. став 1 и 95. став 1, тачка 2 ЗЈН.
Предлажемо наручиоцу да усклади рок за подношење понуда сходно ЗЈН.“

ОДГОВОР: - Клинички центар Србије, као Наручилац, је 22.01.2014.године објавио Предходно обавештење за ову јавну набавку на Порталу УЈН, као и интернет страници КЦС.
Како је Наручилац у свему поступио у складу са ЗЈН, остаје при дефинисаном року за достављање понуда од 22 дана, тј. 15.05.2014.године.

Питање бр.2: „На страни 39/211, Конкурсне документације, Техничке карактеристике по захтеву наручиоца, за Партију 1, на страни 46/211, Конкурсне документације, Техничке карактеристике по захтеву наручиоца, за Партију 2, као и генерално у свим обрасцима Техничких карактеристика по захтеву наручиоца за све Партије у тачки 5. Осталих обавезних услова, наводи се: “Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова

понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неисправна.“
Обзиром да је у истом захтеву претходно наведено да се захтеване техничке карактеристике доказују уз „проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца“, остаје нејасно:

- да ли све захтеване техничке карактеристике морају бити описане у проспектном материјалу – каталогу произвођача, што изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике чини непотребним и недозвољеним документом или,
- да ли се сматра да захтеване техничке карактеристике које нису описане у проспектном материјалу – каталогу произвођача могу бити испуњене следећом изјавом.

Из тог разлога може приликом оцене понуда доћи до различитих тумачења шта се заправо сматра доказом о испуњености захтеваних минималних техничких карактеристика.
Предлажемо наручиоцу да измени овај део конкурсне документације на тај начин што ће дозволити да се део захтеваних техничких карактеристика који из објективних разлога не могу бити описане у проспектним материјалима – каталозима, буду покривене оригиналном и овереном Изјавом произвођача или Ино заступника за Европу да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике.

ОДГОВОР: - Наручилац остаје при захтеву да се захтеване техничке карактеристике доказују уз „проспектни материјал – каталог произвођача који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца“. Тачније, све захтеване техничке карактеристике морају бити описане у проспектном материјалу – каталогу произвођача.

Питање бр.3: На страни 38/211, Конкурсне документације, Техничке карактеристике по захтеву наручиоца, за Партију 1, наводи се у тачки 6.3. захтев: „Квалитет детектора изражен преко DQE: min. 30% при 0 циклуса/mm“.
Обзиром да је наручилац здравствена установа високог реномеа сматрамо да је овај захтев исувише низак и отвара могућност испоруке дијагностичког решења који не може задовољити потребе као што је Ургентни Центар Клиничког Центра Србије. Самим тим сматрамо и да је овај захтев неопходно променити у: „Квалитет детектора изражен преко DQE: min. 60% при 0 циклуса/mm“.

ОДГОВОР: - Наручилац је тендерску документацију и тражену техничку спецификацију као њен саставни део дефинисао у складу са својим потребама . Наручилац остаје при свом захтеву .

Питање бр.4: На страни 38/211, Конкурсне документације, Техничке карактеристике по захтеву наручиоца, за Партију 1, наводи се у тачки 6.4. захтев: „Величина пиксела: минимално 145 um“ јер се њоме апсолутно не ремети дијагностички квалитет снимака, а омогућује много већа конкуренција међу потенцијалним добављачима, а у складу са основним начелима Закона о Јавним Набавкама.

ОДГОВОР: - Наручилац остаје при своме захтеву. Наручилац је тендерску документацију и тражену техничку спецификацију као њен саставни део дефинисао у складу са својим потребама: Како величина пиксела директно утиче на резолуцију, односно на квалитет снимка Наручилац остаје при свом захтеву.

Питање бр.5: На страни 37/211, Конкурсне документације, Техничке карактеристике по захтеву наручиоца, за Партију 1, наводи се у тачки 2.2. захтев: „Минимално растојање од пода до центра лежишта за детектор: не више од 55cm“.
Обзиром да је наручилац предвидео инсталацију РТГ апарата у оквиру Ургентног Центра, сматрамо да је овај захтев исувише низак и отвара могућност испоруке решења које неће или ће ограничити снимање одређених анатомија (стопала, скочног зглоба, потколенице...) у стојећем положају у вертикалном стативу те не може задовољити потребе установе као што је

Ургентни Центар Клиничког Центра Србије. Самим тим предлажемо да се овај захтев промени у: „Минимално растојање од пода до центра лежишта за детектор: не више од 405 mm“.

ОДГОВОР: - Наручилац је тендерску документацију и тражену техничку спецификацију као њен саставни део дефинисао у складу са својим потребама . Наручилац остаје при свом захтеву .

Питање бр.6: На страни 39/211, Конкурсне документације, Техничке карактеристике по захтеву наручиоца, за Партију 2, наводи се у тачки 7.17. захтев: „Софтвер са пратећим хардвером за снимање 3 или 4 узастопне слике и спајање у једну слику која приказује целу анатомску структуру. Софтвер треба да омогући аутоматско спајање више слика (3 или 4) у једну без губитка дијагностичких информација (без преклапања)“.
Обзиром да се ради о захтеву за снимање „дугих анатомија“ молимо наручиоца да детаљније образложи наведени захтев и то:

6.1. Да ли се захтева снимање дугих анатомија у лежећем (пацијент столу) и стојећем положају (вертикалном стативу) или само у стојећем (вертикалном стативу)?

6.2. Да ли се захтева да се снимање дугих анатомија врши мануелним позиционирањем плафонског носача РТГ цеви и детектора или се захтева аутоматско позиционирање плафонског носача РТГ цеви и детектора?

ОДГОВОР: - Наручилац је у тендерску документацију и тражену техничку спецификацију као њен саставни део дефинисао у складу са својим потребама. У конкретном случају потреба Наручиоца је:

„Софтвер са пратећим хардвером за снимање 3 или 4 узастопне слике и спајање у једну слику која приказује целу анатомску структуру. Софтвер треба да омогући аутоматско спајање више слика (3 или 4) у једну без губитака дијагностичких информација.“

Наручилац сматра да је тражена функционалност јасно и прецизно дефинисана. Наручилац не жели да улази у техничко-технолошка решења појединих произвођача, односно начине на који се тражена функционалност остварује. Наручилац остаје при свом захтеву .

Питање бр.7: На страни 38/211, Конкурсне документације, Техничке карактеристике по захтеву наручиоца, за Партију 1, наводи се у тачки 6. „Дигиталнифлет панел детектор, /назив модела и произвођача детектора/ 1 комад“. Молимо наручиоца да појасни на основу ког критеријума једино за дигитални флет панел детектор захтева да се упише модел и произвођач детектора, а не и за остатак система. Самим тим би било неопходно да се наведе и модел и произвожач генератора, као и модел и произвођач РТГ цеви.

ОДГОВОР: - Наручилац је тендерску документацију и тражену техничку спецификацију као њен саставни део дефинисао у складу са својим потребама . Наручилац остаје при свом захтеву .

Питање бр.8: На страни 45/211, Конкурсне документације, Техничке карактеристике по захтеву наручиоца, за Партију 2, наводи се у тачки 1.1. захтев: „Рачунар са следећим карактеристикама (min. Windows platforma, 8GB RAM, RIAD конфигурација, 1TB простора за сладиштење слика, графичка карта која подржава мониторе високе резолуције)“.
Обзиром да се ради о захтеву са конкретним оперативним системом Windows platforma указујемо наручиоцу да је овим сузио конкуренцију међу потенцијалним понуђачима, јер је дефинисао оперативни систем Дијагностичке радне станице и тиме онемогућио понуђаче чије је решење базирано на другим оперативним системима да учествују у понуди. Предлажемо наручиоцу да избрише захтев за оперативним системом у тачки 1.1.

ОДГОВОР: - Наручилац мења свој захтев у:

Тачка 1.1: рачунар са следећим карактеристикама (мин. Виндовс платформа или „одговарајућа“, 8 ГБ РАМ, РАИД конфигурација, 1 ТБ простора за складиштење слика, графичка карта која подржава мониторе високе резолуције)

Питање бр.9: На страни 45/211, Конкурсне документације, Техничке карактеристике по захтеву наручиоца, за Партију 2, наводи се у тачки 1.2. захтев: „Монитор високе резолуције, монохроматски, величине мин. 21 инча, мин. 3MP, осветљења мин. 1000 cd/m2, контраст минимум 1200:1 са интегрисаним сензором за мерење осветљења и софтвером за аутоматску калибрацију.“
Да ли наручилац прихвата да се овај захтев измени у: „Монитор високе резолуције, монохроматски, величине мин. 20 инча, мин. 3MP, осветљења мин. 1000 cd/m2, контраст минимум 900:1 са интегрисаним сензором за мерење осветљења и софтвером за аутоматску калибрацију.“ На овај начин наручилац ће повећати конкуренцију међу понуђачима не угрожавајући дијагностички квалитет монитора.

ОДГОВОР: - Наручилац је тендерску документацију и тражену техничку спецификацију као њен саставни део дефинисао у складу са својим потребама . Наручилац остаје при свом захтеву .

Питање бр.10: На страни 45/211, Конкурсне документације, Техничке карактеристике по захтеву наручиоца, за Партију 2, наводи се у тачки 1.4. захтев: „Web базиран систем“-„или одговарајући“. Молимо наручиоца да појасни на шта се односи термин „или одговарајући“ у односу на захтев „Web базиран систем“.

ОДГОВОР: - Web базирани систем подразумева да ауторизовани корисници могу приступити систему коришћењем WEB претраживача. „Одговарајући“ подразумева систем који омогућује исту функвионалност.

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

_____

Душан Давидовић, дипл.правник