



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Пастерова
бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Израда пројекта адаптације и санације простора Ангио сале на Поликлиници

Број јавне набавке 75ТМ/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Molim da se dostave dodatna razjasnjenja u vezi tendera br.75 ТМ/2014:

1. Kada se dobija usvojen I uradjen tehnoloski projekat uređaja za angio salu posto bez tog dokumenta nija moguće uraditi izvodjacki projekat za ovu adaptaciju.
2. Kako može da se dobije na uvid dokumentacija radi sagledavanja statickog proračuna za proračun nosivosti postojeće konstrukcije
3. Ko dostavlja na uvid postojeci protivpozarni projekat.
4. Ko dostavlja parametresistema HVAC na koji treba prikljuciti angio salu.
5. Kako može da se dobije na uvid projekat zastite od zracenja koji radi "Vinca"
6. Obzirom na složenost I obim projekta koji treba uraditi I pritom obaviti brojne kontakte sa Nadleznim za ovaj projekat treba razmotriti mogućnost priduzenja roka za izradu TD

Odgovori – Dodatna razjašnjenja za Javnu nabavku br. 75 ТМ/2014 (Angiografska sala - Poliklinika) :

1 – 5 . Nakon izvršene selekcije i odabira ponuđača za izradu projektne tehničke dokumentacije, projektanti po fazama radova će na radnim sastancima dobiti sve konkretne tehničke parametre i uslove od investitora i isporučioca opreme za navedeni prostor angiografske sale. U tretiranom prostoru se već nalazi angiografska sala, tako da se vrši samo zamena postojeće opreme.

6. Zbog hitnosti realizacije i zadatih termina u okviru celokupne realizacije posla
(Izrada tehničke dokumentacije, izvođenje radova na objektu kao i montaža opreme),
ne postoji mogućnost produženja roka za izradu tehničke dokumentacije.

С' поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ