



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 06.08.2015.

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе Сале
за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију
Број јавне набавке 274А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
управе за јавне набавке и на интернет страници Клиничког центра Србије**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. За партију број 74 – да ли овај наставак треба да издржава висок притисак и која је дужина потребна?
2. За партију 75 – да ли овај наставак треба да издржава висок притисак и која је дужина потребна?
3. За партију 127 – Да ли је за Наручиоца прихватљив транссептални уводник дужине 60 цм и 79,4 цм са жицом 0,035“?
4. За партију 132 – Која је дужина тражене жице водича?

ОДГОВОРИ:

1. Наставак од трансдјусера до манифолда дужине 90цм
2. Наставак од манифолда до катетера дужине 50-90цм
3. Наручиоцу је потребна дужина транссепталних уводника од 63цм и 81цм у комплету са одговарајућим жицама водичем дебљине 0.032 мм због компатибилности са постојећим материјалом (иглама за транссепталну пункцију и дугачким транссепталним дефлектибилним уводницима који се користе у истој интервенцији)
4. Потребне су жице водичи најмање дужине 180цм (а не дуже од 260цм), важно је да дебљина жице буде 0.032 мм ради компатибилности са свим уводницима које користимо.

Комисија за јавну набавку