



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Датум: 23.04.2015. године
Број: 614

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Медицинска опрема и хируршки инструменти за Ургентни центар Број јавне набавке: 77К/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – медицинска опрема и хируршки инструменти за Ургентни центар, број 77К/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 03.04.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

Према конкурсној документацији за горе наведену јавну набавку у Прилогу број 7, **Партија број 1**, А./ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА, између осталог је наведено и следеће:

- Ставка редни број 7. "Извор хладног светла, Хенон лампа од 300W", што је иначе стандард код операционих микроскопа за неурохирургију.

Наше питање бр. 1: Да ли се у овом случају подразумева да и резервна лампа мора бити идентична радној, што омогућава једнаке услове рада током целе операције за случај отказа радне лампе?

Одговор број 1: Не подразумева се.

- Ставка редни број 8. "Контрола микроскопа путем мултифункционалне контролне јединице и путем командних ручица микроскопа".

Наше питање бр. 2: Да ли се у овом случају подразумева да командне ручице микроскопа између осталог морају поседовати стандардне команде фиксирање и ослобађање кочница, подешавање интензитета светла, зума и фокуса, што је иначе случај код савремених операционих микроскопа? Тиме је главном хирургу омогућена пуна контрола виталних функција микроскопа у сваком тренутку током операције.

Одговор број 2: Не подразумева се да командне ручице микроскопа имају све наведене команде.

Такође, у Прилогу број 7, **Партија број 2**, А./ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА, између осталог је наведено и следеће:

- Ставка редни број 6. "Ручне команде за хирурга са додатним функцијама и могућношћу да се ротирају за асистента".

Наше питање бр. 3: Да ли се у овом случају подразумева да ручне команде микроскопа између осталог морају поседовати стандардне команде фиксирање и ослобађање кочница, подешавање интензитета светла, зума и фокуса, што је иначе случај код савремених операционих микроскопа? Тиме је главном хирургу, а у овом случају и асистенту, омогућена пуна контрола виталних функција микроскопа у сваком тренутку током операције.

Одговор број 3: У траженим карактеристикама наведено је Ручне команде за хирурга са додатним функцијама и могућношћу да се ротирају за асистента, што би се односило на стандардне функције контроле положаја, фиксирања и ослобађања као и ДОДАТНЕ функције (контрола интензитета светла, контрола зума, фокуса и слично). Одговор на Ваше питање је, дакле, потврдан.

- Ставка редни број 15. "Радно осветљење ХЕНОН лампа", што је иначе стандард код операционих микроскопа за микрохирургију.

Наше питање бр. 4: Да ли се у овом случају подразумева да и резервна лампа мора бити идентична радној, што омогућава једнаке услове рада током целе операције за случај отказа радне лампе?

Одговор број 4: У траженим техничким карактеристикама наведено је Радно осветљење ХЕНОН лампа. Постојање идентичне резервне лампе, због обезбеђења једнаких услова

рада у случају отказа радне лампе, подразумева се. Одговор на Ваше питање, је дакле потврдан.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
