



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 13.08.2015.

БРОЈ: 1318

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе Сале
за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију
Број јавне набавке 274А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
управе за јавне набавке и на интернет страници Клиничког центра Србије**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Молим Вас да прецизирате у партији број 112, Коронарна жица за мерење фракционе резерве проток (ФФР) и мерење функционалног значаја сужења коронарне артерије без аденозина (иФР), да ли је потребно понудити коронарну жицу равног или Ј-типа, као и дужину жице?

ОДГОВОРИ:

За наручиоца је прихватљиво да се понуди коронарна жица равног или Ј-типа, без обзира на дужину.

Комисија за јавну набавку