



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 28.03.2016.

БРОЈ: 417

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБАРА – ИМПЛАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ**

**Број јавне набавке 114А/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. У прилозима конкурсне документације бр. 3, 6, 7 и 8, за партије 15 и 16, постоји захтев за 7 ставки –
компоненти у свакој табели, али у опису техничких карактеристика, прилог број 7а, за наведене
партије (бр.15 и 16) описано је само 6 ставки – компоненти протезе.
Да ли ће бити прихваћена понуда која испуњава захтеве описане у спецификацији датој у прилогу
7а?
2. Молим Вас да нам појасните, за партију 16. који дијаметар гленосфере и реверзног лајнера
захтевате?
Предложене измене су у циљу проширења техничких карактеристика конкурсне документације, ради
омогућавања равноправног учествовања свих понуђача, при чему се не умањује квалитет
ендопротеза које би биле уграђиване.

ОДГОВОРИ:

1. Понуда ће бити прихваћена уколико испуњава захтеве описане у спецификацији датој у прилогу 7а.
Наиме, ради се о два компонента која могу бити паковане заједно па су тако и описане у
спецификацији. Ради се о гленосфери и конектору.
2. У партији број 16, дијаметар гленосфере и реверзног лајнера је 36мм. Наручилац ће извршити
измену конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку