



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 10.05.2016.

БРОЈ: 650

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБАРА – ХИРУРШКИ ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ - КОНЦИ**

**Број јавне набавке 227А/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Молимо Вас да дефинишете закривљеност игле (на пр.1/2, 3/8 круга) за ставке 1-7, партије 10?
2. Молимо Вас да дефинишете закривљеност игле за ставку 1, партије 12?
3. Шта подразумевате под карактеристиком „VB“ у опису игле за партију 28?

ОДГОВОРИ:

1. У партији број 10(ставке од 1-7) под појмом закривљеност игле, подразумева се игла закривљености 3/8. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
2. У партији број 12 под појмом закривљеност игле, подразумева се игла закривљености 3/8. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
3. У партији број 28 под појмом „VB“ подразумева се VB – visual black или одговарајуће како је наручилац навео у конкурсној документацији.

Комисија за јавну набавку

