



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара-**ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ** бр.263А/2013, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 19.11.2013. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. У партији бр.2- БЕЗЦЕМЕНТНА ТОТАЛНА ПРОТЕЗА КУКА БЕЗ КОЛАРА са хидроксиапатитом предлажемо следеће измене техничких карактеристика:
 - femoralni stem са CCD uglom већим од 130 stepeni за standardnu i lateralizovanu verziju,
 - izostavljanje uslova CCD uglom од 125 stepeni за Coxa Vara stem, jer se radi о brendu isključivo једног произвођача, које добро може понудити само један добavljač,
 - 10 величина stemova,
 - најмање 12 и више величина acetabuluma,
 - liner са elavacijom 0,10 (opciono 20) stepeni,
 - glave са најмање 4 величине.

Да ли ћете прихватити горе наведени предлог и изменити конкурсну документацију (KD) за партију бр.2?

2. У партији бр.4 - ХИБРИДНА ПРОТЕЗА КУКА БЕЗ КОЛАРА предлажемо следеће измене техничких карактеристика:
 - femoralni stem од nerđajućег челика или еквивалентног материјала,
 - CCD ugao већи од 130 stepeni,
 - најмање 12 величина acetabularne компоненте,
 - liner са elavacijom 0,10 (opciono 20) stepeni,
 - glavasa најмање 4 величине.

Да ли ћете прихватити горе наведени предлог и изменити конкурсну документацију (KD) за партију бр.4?

3. У партији бр.7- БИАРТИКУЛАРНА ПРОТЕЗА КУКА предлажемо следеће измене техничких карактеристика:
 - femoralni stem од nerđajućег челика или од еквивалентног материјала,
 - Monoblok или dvodelna glava.

Да ли ћете прихватити горе наведени предлог и изменити конкурсну документацију (KD) за партију бр.7?

ОДГОВОР:

1. Мањи број величина делова протеза утицао би на квалитет рада-операција на Клиници, односно доводио би до компликација произишких од уградње протеза неодговарајућих величина и зато не прихватамо предлоге за измену конкурсне документације по партијама 2. и 4, а такође не прихватамо предлоге за измену конкурсне документације у партији 7, односно не сматрамо прихватљивом понуду која нема тражене техничке карактеристике.