



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 09.12.2013.

БРОЈ:

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ГОВОРНЕ ПРОТЕЗЕ-НЕДОСТАЈУЋИ ДЕЛОВИ

Број јавне набавке 260А/2013

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке
и на сајту Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим
путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

Питање:

Молим ближе техничке карактеристике за тражена добра.

1. Пречник говорне протезе у Frenchima?
2. Да ли се траже стерилне или нестерилне протезе?
3. Да ли се мора понудити само један модел из каталога или се може понудити више модела, под условом да је иста цена?

Одговор:

1. Недостајући делови обухватају:
 - Четкице за протезе
 - Испираче за протезе
 - Чепове за протезе
 - Прибор за једнократно антероградно уметање
(у количини за тражене протезе)
2. Потребан спољашњи пречник је 7,5mm.
3. Потребно је набавити стерилне протезе
4. Код оперисаних пацијената у нашој установи могуће је уградити протезе промера 7,5mm., јер се углавном ради о замени већ уграђених протеза, са већ формираним одговарајућим фистулозним отворима на душнику.

*Клинички центар Србије
Небојша Ђурковић, дипл.правник*