



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 10.12.2013.

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АНГИОГРАФИЈУ И ИНТЕРВЕНТНУ РАДИОЛОГИЈУ**

Број јавне набавке 269А/2013

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање:

Молимо вас да нам у вези са поменутом набавком одговорите на следећа питања?

1. За партију 41-наручилац тражи балон катетер дилатациони расположиве дужине 3-14mm, 20mm и више.

Да ли ће наручилац прихватити балон катетере расположивих димензија од 3-12mm, будући да смо са истим балон катетером снабдевали вашу установу претходних година.

2. За партију 42- наручилац тражи балон катетер дилатациони 1,5-4mm, 40mm и више.

Да ли ће наручилац прихватити балон катетере расположивих димензија од 2-6mm, будући да смо и са овим балон катетером снабдевали вашу установу у претходном периоду.

Одговор:

1.Партија 41- наручилац прихвата балон катетере расположивих димензија од 3 до 12mm.

2. Партија 42- наручилац прихвата балон катетере расположивих димензија од 2 до 6mm.

*Клинички центар Србије
Небојша Ђурковић, дипл.правник*