



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 20.03.2014.

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ИНТРАКРАНИЈАЛНИХ И СПИНАЛНИХ АВ
МАЛФОРМАЦИЈА**

Број јавне набавке 90А/2013

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на
сајту Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим
путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

Питање:

1. С обзиром да смо дугогодишњи испоручилац Течног емболизационог средства траженог у партији 5.1, желимо да напоменемо да је за његову употребу неопходан компатибилни *interfejs adapter*. Мишљења смо да је услед техничке грешке у партији 5.2. тражен Компатибилни микроводич, а требало би да се траже Компатибилни *interfejs adapteri*?

Одговор:

Наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу са вашим захтевом.

*Клинички центар Србије
Владан Долаш, дипл.правник*