



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 20.04.2015.

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Систем за инвазивни мониторинг за мониторе различитих типова апарата
Број јавне набавке 125А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
управе за јавне набавке и на интернет страници Клиничког центра Србије**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

На који начин понуђач доказује компатибилност Система за инвазивни мониторинг са траженим мониторима произвођача GE Datex -Ohmeda, Dreger, Innomed Medical, Nihon Kohden, GE Haelthcare, Mindray?

ОДГОВОР:

Понуђач којем буде додељен уговор о јавној набавци, је у обавези да уз системе за инвазивни мониторинг, према захтеву наручиоца, испоручи и трансдјузер интерфејс каблове за наведене мониторе. Такође, понуђач је дужан да у каталогу производа означи оба медицинска средства која нуди (која као таква имају дозволу за пуштање у промет од стране АЛИМС-а): систем за инвазивни мониторинг и трансдјузер интерфејс кабл за наведене мониторе. Наручилац овим путем напомиње да може тражити достављање узорка у складу са прилогом бр. 7 конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку