



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 22.03.2017.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуге одржавања - мамографа, произвођача IMS

Број јавне набавке 26Т/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на Захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање:

1. Везано за Прилог бр.4, тачка 8. додатни услов – обавезан лагер са наведеним минималним количинама и Ваше појашњење/одговор бр.1 од 17.03.2017.године

Обзиром да сама процедура царињења резервних делова за медицинску опрему, повлачи одређени рок на који ми не можемо да утичемо, из искуства се може рећи да је неки оквир 5 дана, молимо да дефиницију кратког рока испоруке са 5 дана, из појашњења, ускладите са условом на страни 15 од 42, Прилог бр.3, тачка 3) цене резервних делова, Напомена, став 4.тачка 2. где се наводи

Рок за испоруку резервних делова _____ дана (максимално 14 дана)

2. У прилогу бр.3, тачка 3.- Цене резервних делова, као и у прилогу бр.8 Резервни делови, у табели са листом резервних делова требало би исправити шифре резервних делова у складу са тренутно важећом листом произвођача, према следећем:

- Ставка 10. S568/2/M2 - Електронска плоча, сензор решетке, требало би да има шифру резервног дела **S568/3/M2**
- Ставка 22. S801/M4 Напајање ниског напона за детектор, C801/M4 је стара шифра, нова шифра је **S801/1/M4** - Digital Detector low voltage power supply P.C.B. (ex code S801/M4)
- Ставка 32. 136 Invertor VN групе елемената генератора, требало би да има шифру **I36** - Inverter HF1 CAN M8 (ex code I33), дакле уместо 1 треба уписати слово **I**
- Такође ставка 43. 6401-12 Колиматор, Има следећу шифру: **6401-12M2** (Motorized collimator withl all/rh filter)
- Ставка 48. S565/M1 Електронска плоча, Има шифру **S565/M3** (Scheda Terminale aliment)
- Ставка 49. C563 Електронска плоча, Има шифру **S563/1/M1** (Scheda S563)
- Такође ставке 15,16,17 (микропрекидачи) се испоручују у комплетима од 5 комада тј. не испоручују се појединачно те би за је јединицу мере требало да гласи комплет или 5 комада а не комад.

Одговор:

1. У прилогу 3 је наведен редован рок за испоруку резервих делова (максимално 14 дана). Алтернатива лагеру је наше појашњење од 17.03.2017. године. Ово су максимални рокови које Клинички центар Србије као здравствена установа може да прихвати.
2. Наручилац ће у складу са захтевом извршити измену конкурсне документације.

Клинички центар Србије
КОМИСИЈА