



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 22.08..2014.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ технички потрошни материјал за апарате за анестезију и респираторе произвођача DRÄGER

Број јавне набавке 273Т/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање:

У складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама, обраћамо Вам се са захтевом за додатно појашњење као и изменом конкурсне документације а за **ЈН 273Т/2014**, а у складу са Вашим претходним одговором на постављено питање од дана 14.08.2014. године, те и измењеном конкурсном документацијом, објављеном на Порталу јавних набавки истог дана

1. Наиме, у складу са Вашим одговором а за испуњеност додатних услова, тачније финансијског капацитета, напомињемо Вам, још једном, да овај услов не може да испуни **НИЈЕДАН** потенцијални понуђач који у својој понуди има потрошни материјал, а компатибилан са опремом коју поседујете, мање од неколико година. Наиме, самим тим сте, понављамо, дискриминисали све понуђаче који немају оволики остварени промет. Такође Вас поново упућујемо на члан 76 Закона о јавним набавкама, а на који сте се у свој одговору позвали, те конкретно на став 6: „Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.“.

Одређивањем износа директно дискриминишете одређени број понуђача.

Поново Вам напомињемо да овакво захтевање финансијског капацитета, Вашој институцији ни у ком случају не гарантује обезбеђивање несметаног рада свих ваших апарата, као што ни не гарантује супротно уколико понуђач не испуњава тражени финансијски капацитет. Законом о јавним набавка није дозвољено ограничавање потенцијалних понуђача по било ком основу па ни по одређивању конкретне суме за испуњеност финансијског капацитета.

2. Даље, у погледу захтева за испуњеношћу обавезних услова захтевате изјаву произвођача опреме, за коју се набавља технички потрошни материјал, као и Вашим одговором на наше претходно питање у вези са овим условом, где остајете при овом захтеву, упутили би Вас у неке чињенице које су неоспорне. Тако треба да, приликом одређивања услова за учешће у јавној набавци, имате у виду неке стандарде по питању опреме или потрошног материјала који набављате. Наиме што се тиче потрошног материјала који је предмет ове јавне набавке, у питању је потрошни материјал који се свуда у свету производи по истим

стандардима, конкретно нпр. Конекције на цревима за анестезију и респираторе се раде по светским и европским стандардима, те су компатибилна и са апаратима које поседујете. Исто се односи и на све остале техничке карактеристике када се ради о потрошном материјалу у шта спадају конекције, врста, квалитет и структура материјала,

Даље, ми, као потенцијални понуђач поседујемо изјаву произвођача а чији смо заступници, да потрошни материјал који ми нудимо у потпуности одговара апаратима марке DRÄGER, што се јасно може видети и из произвођачког каталога. Такође, као напомену од произвођача смо добили информацију да је изјаву коју захтевате немогуће добити, обзиром на конкурентски однос нашег ино партнера и произвођача DRÄGER, што се сасвим сигурно односи и на све остале произвођаче ове врсте потрошног материјала.

Такође, самом чињеницом да потрошни материјал, а који није од истог произвођача као и апарати, поседује све званичне сертификате о безбедности као и да поседује све дозволе за

стављање у промет, мишљења смо да је то сасвим довољан гарант безбедности, како апарата, тако и корисника и пацијента. Молимо Вас да још једном размотрите овај услов који је директно дискриминаторски и који не може испунити НИКО СЕМ ЈЕДНОГ понуђача на територији Р Србије, те и у овом случају термин „или еквивалентно“ у техничким спецификацијама, губи сваки смисао.

Молимо Вас поново да се придржавате Закона о јавним набавкама, као и да овај услов уклоните те и промените конкурсну документацију, односно да прихватите изјаву произвођача потрошног материјала да су њихови производи ЕКВИВАЛЕНТНИ и у потпуности КОМПАТИБИЛНИ са постојећом опремом за коју набављате предметну опрему како би смисао еквивалентности био примењив, те и да је ускладите са Законом.

Наравно спремни смо да приложимо све адекватне гаранције, како бисте у потпуности били сигурни да ће постојећи апарати несметано функционисати.

Члан 9, Начело ефикасности и економичности:

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке.

Наручилац је дужан да обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи и додела уговора врши у роковима и на начин прописан овим законом, са што мање трошкова везаних за поступак и извршење јавне набавке.

Члан 10, Начело обезбеђивања конкуренције:

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.

Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.

Члан 12, Начело једнакости понуђача:

Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.

Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју обавља понуђач.

3. Даље, а у прилог чињеници да је велики број понуђача дискриминисан, говори и то да сте у Вашем одговору на постављено питање децидирано навели да јавна набавка НИЈЕ обликована по партијама. Овом приликом Вас питамо, колико понуђача је на територији Р Србије у могућности да вам понуди све тражене ставке те и како сте извршили испитивање тржишта а приликом припремања ове јавне набавке?

Напонићемо Вам да и у овом случају постоји само један понуђач који може испунити и овај услов те се већ сасвим сигурно стиче утисак да је ова јавна набавка припремана за унапред одређеног понуђача, те и да је самим тим Закон о јавним набавкама у више тачака грубо прекршен.

Чл. 61, став 1: Наручилац је дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да саставе прихватљиву понуду.

Још једном Вас молимо да конкурсну документацију измените, али овај пут да је заиста прилагодите Закону о јавним набавкама, односно да је ускладите са њим, као и да уклоните дискриминаторске услове.

Одговор:

1. Наручилац остаје при захтеву садржаном у прилогу бр. 4 конкурсне документације а везано за референцу у здравственим установама јер испуњење оваквог услова наручиоцу обезбеђује понуђача који ће моћи у сваком моменту са понуђеним техничким потрошним материјалом омогућити несметан рад 52 апарата за анестезију и 48 респиратора који се налазе у операционим салама и интензивним негама КЦС-а.
2. Наручилац остаје при захтеву који је предвидео у прилогу бр. 4. тачка 8 конкурсне документације - **Изјава произвођача опреме, за коју се набавља технички потрошни материјал, да је технички потроши материјал који се нуди компатибилан са њиховом опремом.** Технички потрошни материјал који је предмет јавне набавке користи се за медицинске апарате који спадају у специфичну опрему за рад (II б категорија средства са високим степеном ризика за пацијента) која захтева висок ниво безбедности и сигурности у примени. Коришћењем неадекватног потрошног материјала се може угрозити и безбедност запослених као корисника уређаја као и безбедност пацијената код којих ови

уређаји долазе у директан контакт са телом пацијента. Како су захтеви за безбедношћу ове опреме високи, наручилац остаје при свом ставу да је потребно да произвођач опреме да изјаву да је технички потрошни материјал који се нуди компатибилан са њиховом опремом

3. Наручилац Клинички центар Србије поново истиче да предметна јавна набавка није обликована по партијама (наручилац је извршио измену конкурсне документације због техничке грешке) јер се ради о истородној медицинској опреми.

***Клинички центар Србије
КОМИСИЈА***