



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 31.07.2015.

БРОЈ: 1259

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе Сале
за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију
Број јавне набавке 274А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
управе за јавне набавке и на интернет страници Клиничког центра Србије**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Да ли ће за партију број 15 бити прихватљива понуда тврде, stiff жице?
2. Можете ли ближе да објасните карактеристике тражених жичаних водича за партије бр. 16 и 18, J-tip sa mekim, ravnim krajem?
3. Да ли ће за партију број 17 бити прихватљива понуда тврде, stiff жице дужине 260cm и 300cm?
4. Да ли ће за групу партија катетери водичи, од броја 50 до броја 70, бити прихватљива понуда полиуретанских катетера водича?

ОДГОВОР:

1. Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.
2. Мисли се на то да један крај жице буде J-tip, а други крај да буде мекан и раван.
3. Да, биће прихватљиве и жице дужине 260 cm.
4. Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације

Комисија за јавну набавку