



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 11.08.2014.

БРОЈ:

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе Сале за
катетеризацију срца, Клинике за кардиологију

Број јавне набавке 300А/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Молим Вас за појашњење партије 116-Стерилне кесе за заштиту рендгенске цеви и заштитног оловног стакла:

1. Димензије кесе за заштиту рендгенске цеви и тражена количина
2. Димензије кесе за заштиту оловног стакла и тражена количина

ОДГОВОР:

- 61 x 76 cm (димензија стакла)
- димензије PES-ova су 30 x 30 x 15 cm

Дакле, кесе не смеју бити мање од ових димензија а опет ни претерано веће.

Потребно је 100 кеса за PES и 100 кеса за стакло (61x76cm).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ