



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 09.01.2015.

БРОЈ:

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе Сале за
катетеризацију срца, Клинике за кардиологију

Број јавне набавке 461A/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

За партију број 6, у којој сте тражили „Set za punkciju radijalne arterije, 5 i 6F sa žicom 0.014 inča“, да ли ће се понуда сматрати прихватљивом уколико понудимо тражено добро са жицом од 0.018 inča?

ОДГОВОР:

С обзиром на предности које има тања жица у катетеризационим процедурама када се користи радијални приступ, а и на основу увида и преференцијале већине оператера у нашој сали за катетеризацију срца који користе радијални приступ, нисмо спремни да прихватимо понуду жице од 0.018 inča као адекватну.

*Комисија за јавну набавку
члан Небојша Ћурковић, дипл. правник*