



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 09.06.2014.

БРОЈ: 755

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Аутоматизовани сепаратор/ињектор за ПЕТ

Број јавне набавке 206K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА :

1. Страна 24 - А/Техничке карактеристике по захтеву наручиоца
Под редним бројем 1–ставка 6 - стоји : „Два контејнера за дозе, од волфрама, који су прилагођени свим стандардним бочицама на тржишту (са максималном предвиђеном активношћу од 750 mCi)“
С обзиром да се контејнери разликују према величини бочице за које су предвиђени, молимо да нам појасните које су димензије бочица у којима Наручилац добија FDG, и то:
а) Пречник поклопца
б) Пречник дна бочице
с) Укупна висина бочице (са поклопцем)
2. Страна 27, тачка 3. ГАРАНЦИЈЕ, 3.2. Гарантни рокови за поједине делове/склопове/агрегате –
Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и поједине виталне делове
Да ли под „остали витални делови“ понуђач треба да унесе виталне делове апарата који не могу да буду предмет продужене гаранције већ имају стандардни гарантни рок од 12 месеци?

ОДГОВОРИ :

1. Страна 24 (опис бочица):
Национални ПЕТ центар ради са две врсте бочица по димензијама :
а) Пречник поклопца : 2 цм ; пречник дна 2,5 см; висина 5,5 цм
б) Пречник поклопца : 2 цм ; пречник дна 3 см; висина 5,5 цм
2. Страна 27(гаранције) :
-Одговор је не.

С' поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Директор Центра за нуклеарну медицину.
Проф.др Владимир Обрадовић