



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 08.08.2014.

БРОЈ: 999

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ

Број јавне набавке 275K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА :

1. Интегрисани LCD монитор минималних димензија од 17 инча ,мин.резолуције 1280x1024 пиксела,са могућношћу померања у свим смеровима. ?
2. Контролни панел са интегрисаним контролним екраном осетљивим на додир,минималних димензија од 8 инча ради бржег и једноставнијег управљања функцијама апарата. ?
3. Динамички опсег апарата минимум 200 dB?
4. Минимална дубина приказа од 30 cm ?
5. Алфанумеричка тастатура са активним светлећим тастерима. ?
6. Фраме рате у B-mod – у минимално 1000 fr/sec.?
7. Модови рада: B-mod,M-mod,Color M-mod,Pulsni doppler,Power Doppler,Direkcioni Power Doppler,Kolor Doppler, duplex i triplex mod. ?
7. Програми и калкулације за примену у абдоминалне прегледе,мека ткива и васкуларне прегледе. ?
8. Могућност auto Doppler калкулација ?
9. Ткивни доплер који треба да користи неку од најновијих технологија(навести назив технологије) ?
- 10.Технологија за редукцију шума на слици (навести назив технологије) ?
- 11.Технологија за просторно компоновање слике из више различитих праваца (навести назив технологије) ?
11. Могућност архивирања слика на интегрисаном HDD,DVD-RW и USB
12. Конвексна сонда фреквентног опсега од 2,0-5,0 Mhz или шире ?
13. Линеарна сонда фреквентног опсега од 4,0 -12,0 Mhz или шире ?

ОДГОВОР :

1. У складу са Законом о јавним набавкама наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

С' поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК

КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Проф. др Бранко Брмболић