



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 12.08.2014.

БРОЈ: 118

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицинска опрема за клинику за инфективне и тропске болести

Број јавне набавке 277K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА :

1. Партија бр. 2 – Респиратор
Да ли ћете прихватити уређај који има могућност режима вентилације који користи два подесива нивоа континуираног позитивног (high и low PEEP), односно APRV режим вентилације који је у потпуности еквивалентан осталим вентилационим режимима са два PEEP нивоа као што су BIPAP, DuoPAP, BiVent ?

ОДГОВОР :

1. У траженој спецификацији респиратора у вези модела вентилације тражено је да респиратор има опцију BIPAP режима а не APRV за који понуђач тврди и доставља документацију да је Еквивалентан и тражено није исто.

Остајемо при захтеваној техничкој карактеристици , односно спецификацији респиратора да има опцију BIPAP а не APRV КОЈИ НИЈЕ ЕКВИВАЛЕНТАН ТРАЖЕНОЈ ОПЦИЈИ.

С' поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
доц. др Бранко Милошевић