



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 03.10.2014.

БРОЈ: 1272

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: ОПРЕМА ЗА ЦЕНТАР ЗА РАДИОЛОГИЈУ

Број јавне набавке 327К/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА :

1. На страни 38 од 71 конкурсне документације под ставком 1. се тражи ПАЦИЈЕНТ СТО ЗА ДИГИТАЛНИ РАДИОГРАФСКИ АПАРАТ. Пошто се из техничких карактеристика за исту партију (партија 2.) може закључити да се тражи аналогни радиографски апарат тј. у истој партији није тражен дигитални систем за аквизицију слике (детектор или сл.), није потребно тражити пацијент сто за дигитални радиографски апарат.
2. На страни 38 од 71 конкурсне документације под ставкама 1.1 тражи се следећа минимална техничка карактеристика: Апсорпција зрачења плоче пацијент стола највише 0.7 ммАл. Овако постављена минимална техничка карактеристика се може протумачити двојачко тј. као да је апсорпција изражена у ммАл, поменути карактеристику треба дефинисати као **Апсорпција зрачења плоче пацијент стола еквивалентна апсорпцији алуминијума дебљине: мах.** Такође, како би обезбедили већу конкурентност тражену карактеристику би требало променити на највећу вредност од 1,25 ммАл.
3. На страни 38 од 71 конкурсне документације ставке 1.2 и 1.3 захтевају димензије и носивост пацијент стола од 220x85 цм и 300 кг носивости. Како маса пацијента готово никад није 300 кг и висина пацијента готово никад није изнад 215цм, а ако би се обезбедила и већа конкурентност, молим да се следеће тражене карактеристике промене у 215x85 цм и 290 кг.
4. На страни 38 од 71 конкурсне документације ставка 1.5 захтева моторизовано вертикално померање плоче пацијент стола у опсегу од најмање 60-90 цм. Будући да је што нижа позиција плоче пацијент стола повољна карактеристика због лакшег позиционирања непокретних пацијената, а оваквим захтевом се такви уређаји дисквалификују, молим да се тражена карактеристика измени у складу са овим.
5. Како би се обезбедила већа конкурентност понуђених уређаја за партију 2. молим да се следећа тражена карактеристика измени у складу са предлогом измене:
Предлог измене: 1.6 Лонгитудинално померање пацијент стола: најмање 80 цм
6. На страни 38 од 71 конкурсне документације ставка 1.9 захтева вертикално померање носача детектора, пошто се по свим осталим карактеристикама може закључити да се у партији два тражи аналогни рендген, не може захтевати носач детектора него баки (буцку) у који се могу убацивати аналогне или ЦР касете као и дигитални флет панел детектор. Како би се обезбедио тражени квалитет и већа конкурентност понуђених уређаја за партију 2. молим да се следећа тражена карактеристика измени у складу са предлогом измене:
Предлог измене: 1.9 Распон кретања бакија у пацијент столу: најмање 35 цм
7. Карактеристика 1.10 захтева резолуцију решетке против расејаног зрачења од 130 линија по инчу, а обзиром да се све радиографске процедуре могу извршавати са решеткама мањих резолуција, молим Вас да карактеристику промените у минимално 103 линије по инчу. Како би се обезбедила већа конкурентност понуђених уређаја за партију 2. молим да се следећа тражена карактеристика измени у складу са предлогом измене:
Предлог измене: 1.10 Решетка мин. односа 8:1, дистанце 1 м и мин. 103 линија по инчу

8. На страни 38 од 71 конкурсне документације ставка 2.1. захтева максималну апсорпцију плоче вертикалног статива од 0.7ммАл. Ова тражена карактеристика не описује за функционисање уређаја нити за квалитет рада битан технички детаљ. За саму технику рада није битно колика је апсорпција материјала јер се код сваког произвођача та вредност налази у опсегу еквивалентном од 0,5 до 1,5 ммАл. Молим да ову тражену карактеристику избаците из тражених.
9. Тражена карактеристика 2.4 захтева однос висине решетке и филтрирајућих трака од 12:1, молим да се зарад обезбеђивања веће конкурентности понуђених уређаја тражена карактеристика измени у складу са предлогом измене:
Предлог измене: 2.4 Решетка против расејаног зрачења за дистанцу од 1,5м минималних карактеристика: однос 10:1, резолуција 103 линија по инчу.
10. Како би се обезбедила већа конкурентност понуђених уређаја за партију 2. молим да се следећа тражена карактеристика измени у складу са предлогом измене:
Предлог измене: 3.4 Ротација цеви око вертикалне осе $+180^{\circ}/-150^{\circ}$, са фиксираним положајима на сваких 90°
11. Како би се обезбедила већа конкурентност понуђених уређаја за партију 2. молим да се следећа тражена карактеристика измени у складу са предлогом измене:
Предлог измене: 3.5 Ротација цеви око хоризонталне осе $\pm 120^{\circ}$, са фиксираним положајима на сваких 90°
12. На страни 39 од 71 конкурсне документације ставка 4.4 захтева опсег мА најмање од 10-640 мА. Будући да се сви прегледи извршавају са вредношћу мА већем од 10, тражени опсег није референтан за одређивање квалитета апарата, на основу тога молим Вас да тражену карактеристику захтевате у измењеном опсегу од 30-630 мА.
13. На страни 39 од 71 конкурсне документације ставка 4.5 захтева распон времена експозиције најмање 1 милисекунда до 10 секунди. Нити једна радиографска процедура се не ради са временом експозиције од 10 секунди, а ако би се радила аутоматски значи презрачавање пацијента. Овај технички детаљ у овом опсегу не описује квалитет уређаја који директно утиче на технику прегледа или квалитет добијене дијагностичке слике, него говори о потенцијалним техничким могућностима некорисним за саму технику. У складу са поменутиим карактеристикама захтева молим Вас да тражени опсег смањите на 0,001-6 секунди.
14. На страни 38 од 71 конкурсне документације ставка 2.2 захтева верикално померање носача детектора, пошто се по свим осталим карактеристикама може закључити да се у партији два тражи аналогни рендген, не може захтевати носач детектора него баки (буцку) у вертикалном стативу у који се могу убацити аналогне или ЦР касете као и дигитални флет панел детектор. Молим Вас да тражену карактеристику измените у складу са предлогом измене.

ОДГОВОРИ :

1. У складу са Законом о јавним набавкама наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ