



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 29.12.2014.

БРОЈ: 1802

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МИКРОСКОПИ**

Број јавне набавке 450K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА :

1. Уређај за одређивање тензије фокусирања - Молимо Вас да нам одговорите да ли је прихватљиво понудити систем грубог и финог фокусирања објектива (прилагођен за рад обострано) при чему се радни сточић може померати само контролисано помоћу точкића за грубо и точкића за фино фокусирање?
2. Држач објектива за најмање 7 објектива - Молимо Вас да нам одговорите да ли је прихватљиво понудити држач за 6 објектива, обзиром да су тендерском спецификацијом тражена 5 објектива, тако да евентуално постоји једно слободно место за додатни објектив ?
3. Керамички сточић - Молимо Вас да нам одговорите да ли је прихватљиво понудити радни сточић пресвучен тврдим слојем (потпуна иста својства као керамички сточић) и са могућношћу ротације за 240°?

ОДГОВОРИ :

1. Не. Наведена техничка карактеристика одређена је као минимални захтев у складу са потребом наручиоца.
2. Не. Наручилац је одредио минималну, доњу границу, а понуђач може понудити и више.
3. Не.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ