



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 20.06.2016.

БРОЈ: 916

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ И ЛЕКОВИ ЗА ДИЈАЛИЗУ ОСИМ ЕПОЕТИНА

Број јавне набавке 264А/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Предлажемо Наручиоцу да се у конкурсну документацију за партију 7. као технички критеријум дода и постојање 2М PROTECT TP заштитника мерача притиска или одговарајућег.

2М PROTECT TP представља заштитник мерача притиска који у себи садржи **две заштитне мембране**, јер на тај начин значајно смањује ризик од продора крви у хемодијализни апарат и спречава ширење крвљу преносивих болести. Апарат АК 200 ULTRA S, за који се набављају добра у партији 7 ствара високе притиске при свом раду, те је Gambro као произвођач апарата осмислио патент са две заштитне мембране како би се спречио продор крви у апарат. Чак и након продора крви кроз прву мембрану, другом додатном мембраном се та крв зауставља.

У прилогу бр. 2 Вам шаљемо брошуру 2М PROTECT TP у којој су текстуално и сликовно, представљене карактеристике 2М PROTECT TP трансдјусер протектора, тј. поседовање две заштитне мембране и његови бенефити. Из илустративног приказа брошуре се јасно може видети како се визелном провером тј. погледом са стране на спојеве транспарентног, ширег, тврђег дела заштитника мерача може јасно дефинисати да ли постоји једна или две мембране. Наручилац може лако и објективно проценити постојање две мембране, не мора отварати пластичне спојеве да би се уверио у постојање истих будући да је тај део линије израђен од транспарентне пластике, већ је довољно визелно погледом са стране на заштитник мерача проверити да ли постоје две или једна мембрана.

ОДГОВОР:

1. С обзиром да је у конкурсној документацији наведено да материјал мора да буде не само компатибилан са машином за коју се наручује, већ и да мора да испуњава све захтеве везане за техничке карактеристике машине (то су свакако и радни притисци, односно мембране које спречавају контаминацију) које је произвођач машине предвидео, сматрамо да није неопходно мењати конкурсну документацију.

Комисија за јавну набавку