



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 01.07.2016.

БРОЈ: 998

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – Протезе за средње уво и говорне протезе – недостајући делови

Број јавне набавке 278А/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Наручилац је тражио у понуди за партију 1 и 2 Totalne AERIAL – vario titanium proteze (0,2x3,0-7,0mm) и Parcijalne - vario titanium proteze (0,2x3,0-7,0mm). Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач понуди **TTP-VARIAC System Total** (величина: 0.2 x 3.0-7.0mm) и **TTP – VARIAC System Partial** (величина: 0.2x 1.75 – 4.5mm)?
2. Наручилац је тражио у понуди за партију 2 Parcijalne - vario titanium proteze (0,2x3,0-7,0mm). Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач понуди **TTP – VARIAC System Partial** (величина: 0.2x 1.75 – 4.5mm)?

ОДГОВОР:

Прихватљиво је за наручиоца да понуђач понуди наведене протезе и димензије, на питања за партије број 1 и 2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације за партију број 2.

Комисија за јавну набавку