



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 01.08.2018.

БРОЈ: 1075

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ДОБРА – Импланти у ортопедији – протезе кука и колена

Број јавне набавке 293А/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа

ПИТАЊЕ:

У партији број 1 „**Biartikularna proteza kuka (trokomponentna)**“ тражена је

- феморална компонента од легуре кобалта, хрома и молибдена, мат обраде, колодијафизни угао 135 степени, конус врата 12/14
- биполарна капа у распону величина од 42 до 62 мм, са растућим промером главе од 2 мм
- калота биполарне капе израђена од легуре кобалта, хрома и молибдена

Да ли ће бити прихваћена феморална компонента од титанијума, мат обраде, колодијафизни угао 135 степени, конус врата 12/14?

Да ли ће бити прихваћена понуда биполарне капе у распону величина од 41 до 57 мм, са растућим промером главе од 1мм?

Да ли ће бити прихваћена понуда калоте биполарне капе израђене од легуре AISI?

ОДГОВОР:

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације због потреба за лечење пацијената са преломом врата бутне кости са промером главе фемура који у одређеном проценту популације износи 62 мм.

Комисија за јавну набавку