



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 29.05.2017.

БРОЈ:788

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Медицински потрошни материјал специфичне намене за потребе Клинике за
урологију, Клинике за гинекологију и акушерство и Клинике за гастроентерологију и
хепатологију**

**Број јавне набавке 226А/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених
гласила Републике Србије и база прописа**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

Molimo naručioca da potvrdi da će za **Partiju 12** prihvatiti 100% Silikonski kateter, prostatični, trokraki veličine 18 - 24 CH, zapremina balona minimum od 50 do 80ml ,vrh dufuour ili delinotte, **poprečni presek pravougaonik ili cilindrični**, budući da je trenutnom definicijom omogućeno učešće samo jednog ponuđača, a limitirano učešće svih ostalih ponuđača što je protivno čl.10 ZNJ I čl. 71 kojom naručilac tehničkom specifikacijom ne sme da ograničava konkurenciju u skladu sa Načelom neograničavanja konkuretnosti.

ОДГОВОРИ:

Наручилац остаје при захтеваној спецификацији из конкурсне документације за партију број 12, из разлога што потребе наручиоца не захтевају катетер са попречним пресеком цилиндра, већ са попречним пресеком правоугаоника.

Комисија за јавну набавку