



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 22.07.2015.

БРОЈ: 1180

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Лабораторијска пластика**

**Број јавне набавке 246А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Поштовани,

Партија број 8- PVC Petri šolja sterilna 90. Да ли инсистирате на петри шољи стерилисаној гама зрацима
или је могуће понудити асептичну?

ОДГОВОР:

Петри шоље морају бити стерилисане гама зрацима.

Комисија за јавну набавку