



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 11.08.2014.

БРОЈ:

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе Сале за
катетеризацију срца, Клинике за кардиологију

Број јавне набавке 300А/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Да ли је прихватљиво да се достави једно решење за више партија тражених конкурсном документацијом?
2. За партију 11 конкурсном документацијом је тражен сет за пункцију радијалне артерије 5 и 6 fr са жицом од 0,014 инча, да ли је прихватљива понуда истих уводника са жицом од 0,018 инча?
3. Да ли је потребно у тендерској документацији доставити и CE и ISO сертификат произвођача уз сертификат ISO понуђача који је већ тражен у конкурсној документацији?

ОДГОВОР:

1. Понуђач може доставити једно решење којим су обихваћена добра наведена у више партија из конкурсне документације.
2. Жица-водич може бити у опсегу од 0,014-0,018 инча
3. У прилогу 4 конкурсне документације захтеван је „сертификат ISO9001 за понуђача“, те није потребно доставити и CE и ISO сертификат произвођача .

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ