



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 14.01.2015.

БРОЈ:

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе Сале за
катетеризацију срца, Клинике за кардиологију

Број јавне набавке 461A/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

За партију број 15 „Kateter vodič 6F, JR 3.0-5.0, najlonski, unutrašnji dijametar ≥ 0.070 inča, kompatibilan sa standardnim uvodnikom (insertion tool) I Y nastavkom dužine ≤ 8 cm”, да ли је прихватљива понуда катетера водича истих димензија, али израђена од полиуретана?

ОДГОВОР:

Наручилац остаје при захтеву да катетери водичи JR 3.0 - 5.0 у партији број 15 буду најлонски.

*Комисија за јавну набавку
члан Небојша Ђурковић, дипл. правник*