



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 19.05.2017.

БРОЈ: 735

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију

Број јавне набавке 216А/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Molim Vas da nam dostavite dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj 216A/2017, Potrošni materijal za angiografiju i interventnu radiologiju, po sledećem:

Jedan od zahteva konkursne dokumentacije je da se tehničke karakteristike ponuđenih dobara mogu dokazivati isključivo katalogom izdatim od strane proizvođača, a da nikakve izjave proizvođača neće biti uzimane u obzir.

Molimo Vas da ovaj kriterijum izmenite i prihvatite i dokazivanje tehničkih karakteristika katalogom i izjavom proizvođača, jer prilikom pravljenja kataloga proizvođač se sigurno nije vodio tehničkom specifikacijom koju će napisati Klinički centar Srbije, odnosno, u katalozima i brošurama proizvođača se nalaze podaci koje proizvođač smatra relevantnim za taj proizvod.

Uvidom u opis medicinskih sredstava u ovoj javnoj nabavci, između ostalog, nailazimo na sledeće opise:

Partija 5 - "Punkcijske igle za nevaskularnu interventnu radiologiju, trodelne, sa poliuretanskim omotačem"

Ovde je sasvim moguće da katalog ili brošura ne sadrže informaciju da je predmetna igla "za nevaskularnu interventnu radiologiju", što bi prema ovom zahtevu konkursne dokumentacije bilo eliminatorno, a sasvim logična pretpostavka je da proizvođač podrazumeva da je igla za upotrebu u nevaskularnoj interventnoj radiologiji.

Partija 6-10 Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT

Naručilac već nekoliko godina za ovu partiju kupuje iglu koju nudi naše preduzeće. Pritom, katalog proizvođača ne navodi da "pod UZ i CT" jer te stvari proizvođač podrazumeva, ali svakako u ovakvoj situaciji nismo u mogućnosti da dokažemo tehničke karakteristike proizvoda koji već nekoliko godina odgovara istoj specifikaciji, i na koju Naručilac nikada nije imao primedbe u daljem radu.

Partije 36-41 Zahteva se da hidrofilne žice imaju dužinu fleksibilnog vrha 3cm.

Žica koju nudimo ima dužinu fleksibilnog vrha 3cm, i to stoji u tehničkom fajlu izdatom od strane proizvođača, zvaničnom dokumentu u kojem je dat celokupni tehnički opis proizvoda, počev od sastava, sirovina koje su korišćene, podataka o biokompatibilnosti i sličnom. Takođe, ovaj podatak stoji na web sajtu samog proizvođača. U katalogu je proizvođač smatrao da ovaj podatak nije potreban

Partija 98 zahteva da je balon dilatacioni kateter za primenu u potkolenim arterijama, što katalog ne sadrži kao podatak, dok proizvođač to može da potvrdi svojom izjavom ili uputstvom za upotrebu

Partija 106 - Set za angiografske procedure

Ovde se radi o "custom made" setu, odnosno o setu čiji sadržaj definiše sam Naručilac, po želji. Ovim proizvodom snabdevamo Vašu ustanovu poslednje tri godine, i celokupna poenta ovog seta je da sama klinika odredi šta želi da ima u setu, s obzirom da se najčešće radi o setovima za hitne intervencije. Imajući u vidu da naš proizvođač pravi "custom made" setove za ceo svet, radi se bar o desetinama hiljada različitih setova, i zaista nije moguće praviti katalog sa tačno definisanim specifikacijama svakog pojedinačnog seta. Ovaj zahtev smo do sada dokazivali specifikacijom proizvođača.

Partije 116, 118, 127, 128, 129, 130, između ostalih, predviđaju dokazivanje materijala od kojeg su izrađena medicinska sredstva, što nije nužno podatak koji stoji u katalogu i brošuri, ali svakako stoji u tehničkom fajlu proizvoda.

Svakako, proizvođači prave kataloge po svom nahođenju, navodeći podatke koje smatraju relevantnim, i nije za očekivati da će time pogoditi koje će zahteve sadržati pojedinačna javna nabavka.

U prilogu ovog dopisa, dostavljamo i Mišljenje republičke komisije broj 4-00-1245/2016, u vezi sa dokazivanjem tehničkih specifikacija, gde komisija navodi tehničke specifikacije i izjave proizvođača kao relevantne dokaze tehničkih specifikacija.

ОДГОВОР:

Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације. Уколико наручилац на основу оригиналног каталога не буде могао да утврди да ли понуђено добро одговара захтеваним техничким карактеристикама, наручилац је у прилогу број 7, тачка 6 предвидео да пре доношења одлуке о додели уговора, може захтевати од понуђача достављање узорака, на основу којих наручилац може утврдити да ли понуђено добро, односно његови делови одговарају захтевима из конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку