



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 29.05.2017.

БРОЈ:789

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Медицински потрошни материјал специфичне намене за потребе Клинике за
урологију, Клинике за гинекологију и акушерство и Клинике за гастроентерологију и
хепатологију**

**Број јавне набавке 226А/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених
гласила Републике Србије и база прописа**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

Molim vas da nam date odgovor na sledeće pitanja vezano za JN 226A/2017, Medicinski potrošni materijal
specifične namene za potrebe Klinike za urologiju, Klinike za ginekologiju i akušerstvo i Klinike za
gastroenterologiju i hepatologiju, za partiju br.3.

Za partiju 3 – „Ureteralni set stent -Double J kateter za cistoskopsko plasiranje različitih dimenzija (4,7-5 /6 /7
CH)“ – Koju dužinu pusher-a i guide-wire-a set treba da poseduje?

ОДГОВОРИ:

Неопходно је да pusher има дужину 40cm, а guide-wire дужину 150cm.
Наручилац ће у складу са тим изменити конкурсну документацију.

Комисија за јавну набавку