



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 19.12.2014.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Услуге одржавања и поправки CO2 инкубатора и ламинарних комора
различитих произвођача

Број јавне набавке 418 Т/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на Захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање:

У вези са последњом изменом конкурсне документације за ЈН418Т/2014 партија 2.

1. Измена није у складу са одговорима на постављена питања (везано за стандарде)
2. Напомињем да се стандард 7025 искључиво односи на мерне лабораторије- а то је део посла на валидацији ламинарних комора и мерењу параметара - остали стандарди се односе и на пословање фирме (сервис и др.) што је кључни део посла.
3. Напомињемо да се стандард 14001/2005 односи и на преузимање, транспорт, складиштење и уништавање опасних материјала у које спадају и демонтрани филтери са ламинарних комора.

Пошто сте изменили конкурсну документацију сматрамо да треба изменити и део да. Извршилац има обавезу да преузме демонтране Хепа филтре.

Одговор:

1. Комисија остаје при својим последњим изменама из разлога што жели да обезбеди што већу конкуренцију.
2. Стандарди који се односе на пословање фирме нису од круцијалног значаја за Наручиоца у предметној набавци, те Наручилац остаје при својим захтевима.
3. Наведени стандард није од круцијалног значаја за Наручиоца с тим што остаје обавеза Извршиоца да преузме демонтране Хепа филтере, као и обавезу организације транспорта, складиштења и уништавања. Од тренутка демонтаже Хепа филтера, одговорност за поступање у складу са законом и усвојеним правилницима је у надлежности Извршиоца.

Клинички центар Србије
КОМИСИЈА