



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 19.12.2013.

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АНГИОГРАФИЈУ И ИНТЕРВЕНТНУ РАДИОЛОГИЈУ**

Број јавне набавке 269А/2013

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање:

У вези са партијом 1- Chiba igla, да ли Chiba igla треба да буде са ехогеним врхом или без?

Одговор:

За потребе извођења процедура интервентне неваскуларне радиологије неопходне су нам Chiba igle чији се врх визуелизује и прати под контролом ултразвука.

*Клинички центар Србије
Владан Долаш, дипл.правник*