



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 29.06.2015.

БРОЈ: 1042

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Медицински потрошни материјал специфичне намене за потребе Клинике за
урологију, Клинике за гинекологију и акушерство и Клинике за гастроентерологију и
хепатологију**

**Број јавне набавке 210А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
управе за јавне набавке и на интернет страници Клиничког центра Србије**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на
додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Да ли је за Наручиоца, за партију број 1, прихватљиво да сет за PCN садржи:
 - Пигтаил катетер 5Ф, 8Ф, 9Ф на дужинама 25, 30, 35цм
 - катетер 5Фх29цм са троакар иглом
 - Lunderquist Жицу водич са флексибилним врхом, 0,038х60цм
 - жицу водич са меким врхом 0,035х60цм, са малом кривином
 - Дилататоре
 - Славину
2. Да ли је обавезан састав сета за биопсију јетре, у партији 19, следећег садржаја:
 - Шприц са luer lok конекцијом и оштром канилом
 - Хиподермална игла
 - Скапел 11
3. Да ли је за Наручиоца у партији 26 прихватљиво понудити Пакреас
протезе 5Ф, на дужинама 5цм, 7цм, 9цм
4. Да ли је у партији 29 прихватљиво доставити понуду за жицу водич 0,035, 400мм

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
2. Обавени делови сета за биопсију јетре су сви набројани као и игла за биопсију јетре од 17 G (1,4mm)
промер игле, а дужина 90мм (9cm)
3. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
4. Наручиоцу није прихватљиво понудити жицу водич 0,035, 400мм, већ минимум 3500мм

Комисија за јавну набавку